

Veřejná zakázka
„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Ortopedické sály“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Ortopedické sály“
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO zadavatele:	00844853
URL adresa:	www.nspka.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	http://nspka.profilzadavatele.cz

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

„Zadavatel požaduje výkon: nastavitelný průtok 0 – 1,25 m³/min. Námi nabízená odsávačka kouře má průtok až 0,708 m³/min. Dle našich zkušeností je tento výkon naprosto dostačující. Bude zadavatel akceptovat průtok 0,708 m³/min?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na parametru uvedeném v zadávací dokumentaci.

Dostatečný sací výkon odsávačky a odvod zplodin je nutno zajistit i u velkých operačních výkonů, kde se používá monopolární aktivní elektroda s vysokým výkonem (popř. se používají dvě aktivní elektrody najednou).

V Karviné, dne 23.7.2021

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka