

Veřejná zakázka
„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Ortopedické sály“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dle §! 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Ortopedické sály“
Název zadavatele:	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČO zadavatele:	00844853
URL adresa:	www.nspka.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	http://nspka.profilzadavatele.cz

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace rovněž mění zadávací dokumentaci v níže uvedeném rozsahu:

Dotaz č. 1:

„Zadavatel požaduje u odsávačky kouře (1 ks):

- výkon: nastavitelný průtok 0 - 1,25 m³/min

Výše uvedený bod specifikace stanovuje, že zadavatel vyžaduje u odsávačky kouře maximální nastavení výkonu až 1,25 m³/min. Není ale specifikováno v jaké části odsávačky kouře je výkon měřen. Zda - li u hlavního filtru, nebo za předfiltrem. Účastníkem nabízené odsávačky kouře dosahují maximálního odsávacího výkonu 0,73 m³/min. za předfiltrem.

Ze zkušeností víme, že použití přístroje s tímto parametrem nemá vliv na klinický účel a jeho využití je shodné. Připustí zadavatel nabídku výše specifikovaného parametru přístroje? “

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na dodržení parametru. Pro zajištění dostatečného sacího výkonu odsávačky a spolehlivý odvod zplodin požaduje proudění vzduchu 0 - 1,25m³/min. hadičkou 2,2 mm x 3 m s ochrannou houbičkou, průtok měřený na úrovni moře.

Dotaz č. 2:

„Zadavatel požaduje u odsávačky kouře (1 ks):

- optický indikátor životnosti filtru, 5 stupňový

Účastník nabízí odsávačky kouře, které mají optický indikátor životnosti filtru v procentech v rozsahu 0 až 100% s krokem 1%.

Ze zkušeností víme, že použití přístroje s tímto parametrem nemá vliv na klinický účel a jeho využití je shodné. Připustí zadavatel nabídku výše specifikovaného parametru přístroje? “

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat dodavatelem nabízený parametr: optický indikátor životnosti filtru v procentech v rozsahu 0 až 100% s krokem 1%.

Dotaz č. 3:

„Zadavatel požaduje:

- systém musí být vybaven vyjímatelným filtrem s minimálně třemi vstupy (6 mm, 10 mm, 22 mm)

Většina příslušenství vyráběna světovými výrobci jako je Valleylab, BOWA, ERBE, MAQUET ... je s hadicí a s připojovacím konektorem o průměru 22 mm z důvodu odsátí kouře v krátkém čase a dostatečné míře v operačním poli a, zkrácení prostojů a celkového operačního času.

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s vyjímatelným filtrem s jedním vstupem 22 mm.

Ze zkušeností víme, že použití přístroje s vyjímatelným filtrem s jedním vstupem 22 mm nemá vliv na klinický účel a jeho využití je shodné.

Připustí zadavatel nabídku výše specifikovaného parametru přístroje? “

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na dodržení uvedeného parametru. Pro účely zamýšleného použití přístroje je zapotřebí především vstup 10 mm.

Dotaz č. 4:

„Zadavatel požaduje u elektrokoagulace (2 ks):

- Nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje, možnost uložení min. 10 nejčastěji používaných parametrů.

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s obrazovkou s ovládáním dotykovými klávesami a s možností uložení min. 9 nejčastěji používaných parametrů, které je snadné, intuitivní, komfortní a rychlé? Ze zkušeností víme, že použití přístroje s ovládáním dotykovými klávesami nemá vliv na klinický účel a jeho využití je shodné.

Připustí zadavatel nabídku výše specifikovaného parametru přístroje? “

Odpověď zadavatele:

Zadavatel připouští nabídku přístroje s možností uložení 9 parametrů, trvá však na ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje z důvodu jednoduché a intuitivní obsluhy přístroje.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedené vysvětlení a na to navazující změna zadávací dokumentace je způsobilá rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel stanovuje nově lhůtu pro podání nabídek: 1.9.2021 9.00 hod.

V Karviné, dne 27.7.2021

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka