

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„Dodávka defibrilátoru“

Zadavatel: **Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace**
se sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 008 44 853, DIČ: CZ00844853
zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel stanovil v Zadávací dokumentaci jako hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, hodnocenou dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH (váha kritéria 100%)

Číslo nabídky	Obchodní název nebo jméno a příjmení FO účastníka	Nabídková cena bez DPH
1	Medsol s.r.o.	230 000,- Kč

Na základě shora uvedených skutečností rozhodl zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky, že vybraným účastníkem je společnost Medsol s.r.o., se sídlem Praha 6 – Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 16000, IČ: 242 01 596.

V Karviné dne 5. 8. 2021

Oznámení zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení

Zadavatel rozhodl o vyřazení účastníka č. 2 **CHEIRÓN a.s.** se sídlem Kukulova 24, 169 00 Praha Břevnov, IČ: 270 94 987 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka defibrilátoru“.

Odůvodnění:

Zadavatel v rámci požadovaných technických parametrů stanovil požadavek „V manuálním režimu nastavitelná energie výboje min. ve 25 krocích v synchronním i asynchronním režimu“.

Účastníkem nabízený přístroj tento parametr nesplňuje.

Zadavatel rozhodl o vyřazení účastníka č. 3 **Mediset-Chironax s.r.o.** se sídlem Lidická tř. 566/82, 370 01 České Budějovice, IČ: 482 00 417 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka defibrilátoru“.

Odůvodnění:

Zadavatel v rámci požadovaných technických parametrů stanovil požadavek „V manuálním režimu nastavitelná energie výboje min. ve 25 krocích v synchronním i asynchronním režimu“.

Účastníkem nabízený přístroj tento parametr nesplňuje.

Zadavatel v rámci požadovaných technických parametrů stanovil požadavek „Nízká hmotnost – max. 7 kg vč. pevných defibrilačních pádel“.

Účastníkem nabízený přístroj tento parametr nesplňuje.

Zadavatel rozhodl o vyřazení účastníka č. 4 **ALWIL Medical s.r.o.** se sídlem V Podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 432 27 791 z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka defibrilátoru“.

Odůvodnění:

Zadavatel v rámci požadovaných technických parametrů stanovil požadavek „Přístroj umožní selekci tlačítek v automatickém režimu tak, že při práci v tomto režimu zůstanou na ovládacím panelu defibrilátoru výhradně tlačítka ovládání AED – zapnutí přístroje, analýza rytmu, výboj – nutnost eliminace chybných kroků méně zkušených uživatelů“.

Účastníkem nabízený přístroj tento parametr nesplňuje.

Účastník dále neupřesnil v plném rozsahu svou nabídku, na základě výzvy k objasnění a doplnění ze dne 28.7.2021.

V Karvině dne 5. 8. 2021

