

Zadavatel:

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.

IČ: 00844896

Veřejná zakázka – název:

Pořízení zdravotnických přístrojů – Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.

Systémové číslo zakázky: P21V00000144

Dotaz uchazeče:

Dobrý den, žádám Vás o dodatečné informace k části č. 1 - Desinfektor ložních mís el. + příslušenství

V technické specifikaci zadavatel požaduje:

6 programů 2x úsporný, 2x normální 2x intenzivní.

Dotaz: může uchazeč nabídnout desinfektor jež splňuje EN 15883, EN 1717,DVGW se třemi programy 1x úsporný, 1x normální, 1x intenzivní?

Z našeho pohledu se zadavatel snaží prosadit konkrétní výrobek, dle výše uvedeného technického popisu a byl by tím zvýhodněn jediný uchazeč.

Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na dodávce přístroje dle zadané technické specifikace a nepřipouští její změnu.

Pro lékařské technologické zařízení jsou v zadávací dokumentaci (technické specifikaci) zpracovány popisy standardů. Tyto standardy byly sestaveny ve spolupráci s odborným projektantem na základě průzkumu trhu. V tomto konkrétním případě byly stanoveny porovnáním parametrů od min. 3 dodavatelů dezinfektorů podložních mís. Proto zadavatel nevidí důvod ke zvýhodnění jediného uchazeče. Min. 6 programů, jak je uvedeno v technické specifikaci, bylo navrženo pro možnost využití různých variant dezinfekčního procesu - teploty, délky programu a jeho intenzity, počtu dezinfikovaných podložních mís a to z důvodu požadavku na kvalitnější a intenzivnější dezinfekci, která je nezbytná především v případech infekčních onemocnění např. clostridiových infekcí, infekcí hepatitidou typu C, v současnosti COVID19, atd.

V Havířově dne 12.8.2021

Zpracoval Ing. Pavel Švarc