



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1
k Veřejné zakázce**

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka tkáňového procesoru a kryostatu“

Číslo spisu: **SNO/Otr/2021/22/tkáňový procesor+kryostat**

Číslo zakázky: **P21V00000216**

(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1

1) V technické specifikaci zadavatel požaduje:

Software umožňující programovat min. 50 postupu pro fixaci, dehydrataci, projasnění a parafinovou impregnaci vzorku tkání

Bude zadavatel akceptovat 33 programů pro zpracování vzorku, v praxi se 50 programů nepoužívá, Leica nabízí nejčastěji používané programy a také možnost individuálního naprogramování podle požadavku uživatele

ODPOVĚď č. 1

Ano, zadavatel akceptuje navržené technické řešení.

DOTAZ č. 2

2) Dále zadavatel požaduje:

Prostor pro reagenty:

- 10 nádob pro roztoky pro zpracování (objem do 4,2l)
- 2 nádoby pro čistící roztoky (objem do 4,2l)
- 1 nádoba kondenzační
- 1 nádoba na odpadní parafín

Jelikož Leica zpracovává vzorky jiným systémem než konkurenční přístroje bude zadavatel akceptovat následující řešení?

- 6 reagenčních nádob o objemu 3,8 l
- 3 nádoby na čistící roztoky
- 1 nádoba na kondenzát
- bez nádoby na odpadní parafín – výhoda nejsou nutné dodatečné náklady na spotřební materiál

ODPOVĚĎ č. 2

Ano, zadavatel akceptuje navržené technické řešení.

DOTAZ č. 3

- 3) Dále zadavatel požaduje 2 velkokapacitní postranní zásobníky o objemu min. 10l k doplňování roztoků. Bude zadavatel akceptovat řešení, kdy zásobní láhve (6 láhví o objemu 3,8l) jsou integrovány do přístroje a jsou umístěny na vyvýšeném vysouvacím šuplíku, pro snadnou manipulaci.

ODPOVĚĎ č. 3

Ano, zadavatel akceptuje navržené technické řešení.

DOTAZ č. 4

- 4) Dále zadavatel v technické specifikaci požaduje v části parafínová pec:
- 3 zásobníky pro cca 4 l
 - 1 zásobní pro cca 4-5l

Bude zadavatel akceptovat řešení s nádobami pro parafín o objemech 3x 4,8l a jedna o objemu 10l?

ODPOVĚĎ č. 4

Ano, zadavatel akceptuje navržené technické řešení.

DOTAZ č. 5

- 5) Dále zadavatel v technické specifikaci v části ovládání/software požaduje:
- 5 konfigurací roztoků
 - 9 programu promíchání
 - 3 čistící programy

Jak už jsem psal výše Leica ASP 6025S pracuje na jiném principu než konkurenční přístroje a proto nemá možnost konfigurování roztoků ani programy na míchání, ale roztoky jsou konfigurovány v rámci předdefinovaných programu nainstalových výrobcem, nebo si tyto kroky může uživatel naprogramovat v rámci individuálního programu, kde si nastaví roztoky i počty promíchávání. Počet čistících programů je navýšen na 5. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

ODPOVĚĎ č. 5

Ano, zadavatel akceptuje navržené technické řešení.

Zadavatel stanovuje nově lhůtu pro podání nabídek takto:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO: **4. 11. 2021 09:00**

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel