



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1
k Veřejné zakázce**

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

**„Dodávka dezinfektoru endoskopů pro
endoskopickou ambulanci oddělení TRN“**

Číslo spisu: **SNO/Otr/2021/26/dezinfektor endoskopů-TRN**
Číslo zakázky: **P21V00000308**
(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1

V ZD zadavatel v části č.3., „Vymezení předmětu veřejné zakázky“ požaduje automatickou identifikaci endoskopů a obsluhy prostřednictvím IR čipů a čtečky čárových kódů pro validovatelnost celého mycího a dezinfekčního procesu. Domníváme se, že se jedná o administrativní chybu, neboť čtečka čárových kódů a IR čip slouží ke stejnému účelu.

Bude zadavatel akceptovat nabídku takového automatického chemodezinfektoru, který umožňuje identifikaci endoskopů a obsluhy i validovatelnost celého mycího a dezinfekčního procesu buď prostřednictvím čtečky čárových kódů nebo IR čipu?

ODPOVĚď č. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat výše uvedené řešení.

DOTAZ č. 2

Zadavatel ve specifikaci předmětu plnění požaduje délku mycího cyklu maximálně 30 minut pro GA.

Umožní zadavatel uchazeči nabídnout přístroj, který splňuje požadavek maximální délky mycího cyklu 30 minut, při použití PAA?

ODPOVĚď č. 2

Ano, zadavatel bude akceptovat výše uvedené technické řešení.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PŮVODNÍ LHŮTA: 13. 12. 2021 09:00 hod.

NOVÁ LHŮTA: 17. 12. 2021 09:00 hod.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel