



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Modernizace Nemocnice Třinec – I. etapa
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html
Identifikace projektu:	„Modernizace nemocnice Třinec“, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016357

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 6. 12. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 3:

V PŘÍLOZE Č.3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, s názvem veřejné zakázky: Modernizace Nemocnice Třinec, Druh zadávacího řízení: nadlimitní otevřené

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



řízení, Druh veřejné zakázky: dodávky, Část 1 – Kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje, článek 2. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky, zadavatel uvádí následující požadavky:

- Horní okraj nádoby zaoblený

Uchazeč k tomuto uvádí, že nabízené kontejnery uchazečem od předního světového výrobce kontejnerů na sterilní materiál a sterilní nástroje disponují horním okrajem nádoby, který svým tvarem zajišťuje ideální mechanickou stabilitu této části jinou technologií než zaoblením a zajišťuje správnou funkci těsnění a také představuje ideální kontaktní povrch.

Dotaz

Umožní zadavatel uchazeči se účastnit výběrového řízení s kontejnery od předního světového výrobce kontejnerů na sterilní materiál a sterilní nástroje, které disponují takovým horním okrajem nádoby, který svým tvarem zajišťuje ideální mechanickou stabilitu této části, zajišťuje správnou funkci těsnění a také představuje ideální kontaktní povrch pro nabízené kontejnery?

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel akceptuje nabízené řešení horního okraje nádoby zajišťujícího mechanickou stabilitu a těsnost.

Dotaz č. 4:

Dále zadavatel uvádí požadavky:

Maximální možné rozměry:

KON. VENT. B 460x300x110 mm AS

KON. VENT. C 460x300x160 mm AS

Uchazeč k tomuto uvádí, že uvedené rozměry svou velikostí na milimetr odpovídají konkrétnímu výrobcí a to firmě [REDAKCE], pro Český trh zastoupený firmou [REDAKCE]. Uchazečem nabízené kontejnery od předního světového výrobce kontejnerů na sterilní materiál a sterilní nástroje, které splňují všechny platné normy EN a certifikace ISO mají v tomto rozměru kontejneru následující velikosti: 465x280x105 mm a 465x280x155 mm. Podobně je tomu tak i u řady dalších výrobců. 465mm délky kontejneru nemá vliv na velikost sterilizátoru, protože se jedná o ¾ rozměr kontejneru.

Dotaz

Umožní zadavatel uchazeči se účastnit výběrového řízení s kontejnery od předního světového výrobce kontejnerů na sterilní materiál a sterilní nástroje, které mají v tomto rozměru kontejneru následující velikosti: 465x280x105 mm a 465x280x155 mm?

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel se rozhodl vyhovět dotazu a stanovuje nové rozměrové rozpětí kontejnerů takto:

KON VENT. B (460-465)x(280-300)x(105-110) mm AS

KON VENT. C (460-465)x(280-300)x(155-160) mm AS

Dotaz č. 5:

Dále zadavatel uvádí požadavky:

MINI kont.

- Nutnost použití: -filtrů papírové (jednorázové)
 - bavlněné (70 cyklů)
 - syntetické (200 cyklů)
 - PTFE (2 000 cyklů)

Rozměry:

MINI kont. 285x185x135 mm NEREZ

Uchazeč k tomuto uvádí, že nabízené MINI kontejnery uchazečem od předního světového výrobce kontejnerů na sterilní materiál a sterilní nástroje jsou vybaveny bezúdržbovým systémem filtrace na principu BIO-bariéry, s validací na min. 5 000 cyklů a rozměru 320x186x122 mm. Obsluhujícímu personálu tak tento systém ulehčuje práci, šetří čas a šetří náklady na filtry, které mají nižší životnost než 5 000 cyklů. Tento systém nahrazuje na univerzální a vyšší úrovni filtry papírové, bavlněné, syntetické a PTFE. Uchazeč tak nabízí zařízení, které disponuje lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Dotaz

Umožní zadavatel uchazeči se účastnit výběrového řízení s kontejnery od předního světového výrobce kontejnerů na sterilní materiál a sterilní nástroje, které jsou vybaveny bezúdržbovým systémem filtrace na principu BIO-bariéry, s validací na min. 5 000 cyklů o rozměru 320x186x122 mm?

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel se rozhodl vyhovět dotazu a stanovuje nové rozměrové rozpětí mini kontejnerů takto:

MINI kont. (285-320)x(185-186)x(122-135) mm Nerez

Zadavatel trvá na původním požadavku použití filtrů papírových, bavlněných, syntetických, PTFE. Z hlediska provozu je tento systém filtrace a způsob jeho údržby zásadní pro správné fungování sterilizačních kontejnerů.

II.

Dne 8. 12. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 6:

Obrácíme se na Vás s prosbou o akceptování úhlu otevření min. 220° . Dle našich zkušeností je toto dostatečný úhel i u samostatně stojících nábytků. U nábytků instalovaných vedle sebe technicky ani nelze dveře otevřít na větší úhel než max. 180°.

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel trvá na dodržení zadaného úhlu otevření, min 260°.

Dotaz č. 7:

Dále Vás prosíme o upřesnění u následujících položek:

AT ST 4:

Spodní skříňka pod stůl má výšku 720 mm. Stůl má tl.40 mm. Celková minimální výška pracovní desky od podlahy je tedy 760 mm. Minimální hodnotu zvedání 720 mm nelze docílit bez zničení spodní skříňky.

AT ST 6 stůl odkládací, AT ST 7 stůl pracovní odkládací, AT ST 10 stůl pracovní:

Spodní část těchto stolů je v plné šíře zabudovaná skříněmi bez možnosti sednutí si ke stolu. Byl to záměr zadavatele?

K dotazu č. 7 zadavatel uvádí následující:

AT ST 4:

Elektrohydraulické zvedání setovacího stolu upravujeme na rozsah 790 - 1080 mm.

AT ST 6 stůl odkládací, AT ST 7 stůl pracovní odkládací, AT ST 10 stůl pracovní:

Ano. Spodní část těchto stolů bude využita pro úložné prostory, bez možnosti sezení.

III.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohy zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 3.1a ZD – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 1
- Příloha č. 3.1b ZD – Rozpočet – Kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje
- Příloha č. 3.2a ZD – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 2

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z těchto nebo použít tyto aktualizované přílohy. Nepoužití těchto aktualizovaných příloh bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

IV.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději **do 11. 1. 2022, do 10:00 hodin.**

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 3.1a ZD – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 1
- Příloha č. 3.1b ZD – Rozpočet – Kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje
- Příloha č. 3.2a ZD – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 2

V Brně dne 9. 12. 2021

Za zadavatele – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci