



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 3
k Veřejné zakázce**

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

**„Dodávka dezinfektoru endoskopů pro
endoskopickou ambulanci oddělení TRN“**

Číslo spisu: **SNO/Otr/2021/26/dezinfektor endoskopů-TRN**
Číslo zakázky: **P21V00000308**
(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1

Zadavatel na str. 2 ZD uvádí v minimálních technických požadavcích následující:

- Zařízení určené pro všechny typy flexibilních endoskopů, především výrobců Karl Storz, Olympus, Pentax a Fujinon

Zadavatel u tohoto požadavku dále nijak blíže nespecifikuje, jaké přesně endoskopy budou do dezinfektoru napojovány. Mohl by zadavatel blíže specifikovat přesné typy a výrobce endoskopů, které bude v poptávaném přístroji dezinfikovat. Adaptérové sety pro napojení endoskopů do dezinfektoru jsou nezbytnou součástí uchazečem nabízeného dezinfektoru a v nabídce by se při bližším neupřesnění nacházela pouze základní sada adaptérů, která by bez bližšího upřesnění nemusela být kompatibilní se všemi typy endoskopů na pracovišti zadavatele.

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel v současné době disponuje těmito typy endoskopické techniky:

- Olympus BF-TE2
- Olympus BF-1TQ180

Dodavatel musí tedy dodat příslušné adaptéry. Nicméně zadavatel si vyhrazuje právo v budoucnu zakoupit jinou endoskopickou techniku uvedených výrobců a dodavatel myčky endoskopů musí mít takové portfolio adaptérů, aby je byl schopen dodat.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel