



Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 **k Veřejné zakázce**

Zadavatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČ: 00844641

zastoupený: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

(dále jen „Zadavatel“)

Identifikace veřejné zakázky

„Dodávka 2 ks hemodialyzačních monitorů pro intermitentní hemodialýzu včetně 1 ks mobilní úpravny vody pro ARO“

Číslo spisu: **SZZ/Otr/2021/23/2ks hemodial. monitorů+1ks úpravny vody-ARO**

Číslo zakázky: **P21V00000322** (dále také „VZ“)

(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1

V ZD bod 3 minimální technické požadavky pro dialyzační monitor požadujete přehledný, otočný, barevný, dotykový displej.

Přístroj uchazeče disponuje intuitivní barevnou dotykovou obrazovkou pro jednoduchý monitoring dialýzy. Pokročilá dotyková obrazovka je navržena tak, aby její použití bylo snadné pro širokou škálu uživatelů – od nováčka po zkušené praktiky. Využívá méně stisknutí tlačítek, což zjednodušuje nastavení léčby. Parametry léčby jsou dobře viditelné a zprávy na obrazovce uživatelům pomáhají v procesu rozhodování. Tato obrazovka je natočitelná pouze v případě, že se manipuluje s celým přístrojem. Obrazovka přístroje dodavatele je totiž integrovaná za účelem snazší údržby při čištění povrchu přístroje.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat obrazovku s výše popsanými parametry a bude tak splněna podmínka minimálních parametrů dle zadávací dokumentace?

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel trvá na svém požadavku na otočný displej.

DOTAZ č. 2

V ZD bod 3 minimální technické požadavky pro mobilní úpravnu vody na principu reverzní osmózy požadujete barevný, dotykový displej

Přístroj uchazeče disponuje monochromatickým displejem. Provozní údaje můžete na displeji posouvat a prohlížet pomocí tlačítek se směrovými šipkami. Pomocí tlačítek nebo lze displej odblokovat a procházet seznamem alarmů. Po chvíli se znovu objeví hlavní pohled.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat obrazovku s výše popsány parametry a bude tak splněna podmínka minimálních parametrů dle zadávací dokumentace?

ODPOVĚĎ č. 22

Zadavatel akceptuje monochromatický displej, ale i nadále požaduje, aby byl displej dotykový.

DOTAZ č. 3

V ZD bod 3 minimální technické požadavky pro mobilní úpravnu vody na principu reverzní osmózy požadujete chod přístroje s nízkou úrovní hluku – hlučnost méně než 42 dB(A).

Přístroj uchazeče je běžně používán na ARO odděleních a má nízkou úroveň hluku. V technických parametrech přístroje je uvedena vážená hladina zvuku během normálního provozu méně než 50 dB (A), neboť uchazeč vždy dokládá v dokumentech nejvyšší možnou hlučnost za výše uvedených podmínek. Uchazeč je samozřejmě připraven prokázat reálnou hlučnost v provozu dle požadavku zadavatele.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat parametr hlučnosti “vážená hladina zvuku během normálního provozu méně než 50 dB (A)” jako splnění podmínky minimálních parametrů dle zadávací dokumentace?

ODPOVĚĎ č. 3

Vzhledem k účelu použití je hlučnost významným parametrem, který má vliv na komfort pacienta i personálu. Z tohoto důvodu zadavatel trvá na požadavku na hlučnost.

DOTAZ č. 4

Uchazeč VŘ nabízí unikátní mobilní integrované zařízení 2 v 1 – dialyzační monitor s integrovanou úpravnou vody, postavené jako jeden snadno manipulovatelný přístroj, který je ideální pro ARO oddělení, ale má i širší využití. Toto mobilní integrované zařízení vám umožňuje dialyzovat pacienty bez nutnosti převozu pacienta kdekoli v rámci areálu nemocnice. Zároveň se zcela přizpůsobí vašim potřebám a přináší efektivní řešení i v rámci neustále se měnících dispozic oddělení v souvislosti s Covid-19.

Dotaz: Akceptoval by zadavatel variantní řešení, i přesto, že v ZD uvádí, že nebude akceptovat variantní řešení? Zadavatel by tak mohl rozšířit potenciální okruh uchazečů o VZ a tím by mohl získat i cenově výhodnější nabídku

ODPOVĚĎ č. 4

Zadavatel trvá na řešení s oddělenou úpravnou vody, a to z důvodu maximální flexibility, kdy k uvedené úpravě vody může dle potřeby připojit různé hemodialyzační přístroje.

V Krnově dne **20. 12. 2021**

.....

MUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitel