



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Název veřejné zakázky:	Modernizace Nemocnice Třinec – I. etapa
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html
Identifikace projektu:	„Modernizace nemocnice Třinec“, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016357

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 21. 12. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 10:

V PŘÍLOZE Č.3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, s názvem veřejné zakázky: Modernizace Nemocnice Třinec, Druh zadávacího řízení: nadlimitní otevřené

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

řízení, Druh veřejné zakázky: dodávky, Část 1 – Kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje, článek 2. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky, zadavatel uvádí následující požadavky:

MINI kont.

- Filtrový
- Materiál mini kontejneru - eloxovaný hliník
- Celokovové provedení bez plastových komponent
- Možnost barevného rozlišení víka
- Možnost barevného rozlišení štítku s možností popisu či 2D kódu (min. 20 písmen)
- Horní okraj nádoby zaoblený nebo zajišťující mechanickou stabilitu a těsnost
- Silikonové těsnění - bezešvé provedení bez svařování, bez lepení na víko – snadno vyměnitelné uživatelem
- Bez nutnosti provozních kroků personálu při opakovaném použití - bezúdržbové
- Možnost bezpečného stohování kontejnerů (zařízení proti rozdrčení víka)
- Všechny součásti jsou upevněny nerezovými nýty – pevný a nepropustný spoj
- Rozměry kontejnerů odpovídající normám EN.
- Certifikace dodavatele i výrobce ISO.
- Dodavatel je schopen poskytnout autorizovaný servis včetně revize a zkoušky těsnosti v ČR
- Označení kontejneru 1D nebo 2D kódem pro evidenci.
- Provádění revizí přímo v nemocnici
- Kompatibilní se stávajícími sítý
- Materiálové provedení: nerez
- Nutnost použití:
 - filtrů papírové (jednorázové)
 - bavlněné (70 cyklů)
 - syntetické (200 cyklů)
 - PTFE (2000 cyklů)

Rozměry:

MINI kont. (285-320)x(185-186)x(122-135) mm Nerez

Uchazeč k tomuto uvádí, že zadavatel specifikuje materiál mini kontejneru jako eloxovaný hliník, ale u rozměrů kontejneru uvádí materiál Nerez. Materiál „Nerez“ se standardně používá u kontejnerů vyrobených z „Stainless steel“, čili nerezové oceli. Uchazeč se proto domnívá, že došlo k překlepu kdy je uvedeno, že materiál mini kontejneru je eloxovaný hliník. Pro mini kontejnery je pro výrobce typické, že se vyrábí právě z nerezové oceli.

Dotaz

Umožní zadavatel uchazeči se účastnit výběrového řízení s mini kontejnery od předního světového výrobce kontejnerů na sterilní materiál a sterilní nástroje, které jsou vyrobeny z nerezové oceli a zároveň splňují všechny ostatní technické požadavky?

K dotazu č. 10 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel požaduje technický parametr materiálu mini kontejneru – eloxovaný hliník.

Pojem „materiálové provedení: nerez“ se vztahuje k sítům – viz odrážka výše „kompatibilní se stávajícími sítý“.

Pro zamezení veškerých pochyb zadavatel vydává novou verzi technické specifikace, kde je takto výslovně upraveno.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohy zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 3.1a ZD – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 1
- Příloha č. 3.1b ZD – Rozpočet – Kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z těchto nebo použít tyto aktualizované přílohy. Nepoužití těchto aktualizovaných příloh bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději **do 20. 1. 2022, do 10:00 hodin.**

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 3.1a ZD – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 1
- Příloha č. 3.1b ZD – Rozpočet – Kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje

V Brně dne 22. 12. 2021

Za zadavatele – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci