



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1
k Veřejné zakázce**

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka třepačky“

Číslo spisu: **OPA/Otr/2022/01/třepačka**
Číslo zakázky: **P22V00000001**
(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci v čl. III. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ZÁKLADNÍ POŽADAVKY, Minimální technické požadavky požaduje:

1. *Regulovatelný počet kyvů 20-60/min.*

Bude zadavatel akceptovat regulovatelný počet kyvů 40-80/min. Akceptováním námi nabízeného by zadavatel rozšířil okruh možných účastníků zadávacího řízení a mohl by získat výhodnější nabídku.

ODPOVĚď č. 1

Ano, zadavatel akceptuje navrhované technické řešení.

DOTAZ č. 2

2. *Vnitřní větrák, perforované police pro zajištění optimálního proudění*

Vnitřní větrák agitátor standardně neobsahuje, jedná se pouze o míchací zařízení, které se z pravidla umísťuje do inkubátoru. Mohl by zadavatel upřesnit, zda požaduje dodání agitátoru včetně inkubátoru? Pokud by zadavatel požadoval dodání agitátoru včetně inkubátoru, mohl by přehodnotit své stanovisko a navýšit předpokládanou hodnotu zakázky dle cen obvyklých?

Zadavatel by tím rozšířil okruh možných účastníků a mohl tak získat výhodnější nabídky. Pokud by zadavatel neupřesnil svůj požadavek, mohl by obdržet neporovnatelné nabídky.

ODPOVĚĎ č. 2

Ano, zadavatel požaduje dodání agitátoru včetně inkubátoru. Zadavatel uvádí pouze předpokládanou cenu veřejné zakázky, nikoliv maximální přípustnou cenu. V případě překročení hodnoty veřejné zakázky tak zadavatel dle zadávací dokumentace má právo nabídku vyloučit z hodnocení, ale v případě objektivních skutečností ji může i akceptovat.

Zadavatel stanovuje nově lhůtu pro podání nabídek takto:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO: **25. 1. 2022, 09:00**

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel