

Odovědi č. 1 na dotazy uchazečů

Veřejná zakázka - název:

Rekonstrukce a modernizace infekčního oddělení - Modernizace přístrojové techniky Infekčního oddělení (přístroje) – monitorovací systém životních funkcí

Systemové číslo: P22V00000012

1. Dotaz uchazeče:

Zadavatel uvádí v technické specifikaci: Dotykový displej – velikost min. 6“

Bude zadavatel akceptovat velikost 5,5“ kdy z medicínského hlediska nedochází k žádnému možnému neefektivnímu zobrazení patientských dat?

Rozdíl 0,5“ je míň než standardně uváděné hodnoty +/- 10%

Odověď zadavatele:

Zadavatel trvá na velikosti displeje min. 6“ z důvodu využití monitoru jak u lůžka pacienta, tak jako transportního při zachování uživatelského komfortu obsluhujícího personálu a vyšetřujícího lékaře.

2. Dotaz uchazeče:

Zadavatel uvádí v technické specifikaci: Rotace zobrazení

Bude zadavatel akceptovat vertikální zobrazení? Pokud ne, může, prosím, uvést medicínský důvod, z něž bude vyplývat, v čem je rotace zobrazení medicínsky významná?

Odověď zadavatele:

Zadavatel akceptuje vertikální zobrazení, nabízené řešení splňuje zadání zadavatele.

Zadavatel trvá na rotaci zobrazení z důvodu využití monitoru jak u lůžka, tak jako transportního. Při rychlém zásahu a přesunu monitoru budou údaje uživatelsky čitelné bez ohledu na prostorové umístění monitoru.

3. Dotaz uchazeče:

Zadavatel uvádí v technické specifikaci: Součástí bude výměnný, snadno uživatelsky vyjímatelný akumulátor (bez pomocných nástrojů)

Bude zadavatel akceptovat proškolení odborného pracovníka technického odd. k možnosti samo výměny akumulátorů, aby došlo ke splnění požadovaného bodu?

Odověď zadavatele:

Zadavatel trvá na technické specifikaci. Součástí bude výměnný, uživatelsky vyjímatelný akumulátor (bez pomocných nástrojů). Zadavatel akceptuje proškolení odborného pracovníka technického odd. Trvá na výměně akumulátoru bez použití pomocných nástrojů.

4. Dotaz uchazeče:

Zadavatel uvádí v technické specifikaci: Integrované madlo pro transport.

Bude zadavatel akceptovat madlo, jako volitelné, oddělitelné, neintegrované příslušenství monitoru?

Odověď zadavatele:

Zadavatel trvá na technické specifikaci Integrované madlo pro transport, jelikož monitor životních funkcí je využíván u lůžka pacienta a zároveň je jako kompaktní celek připraven k transportu.

Sdělení zadavatele:

Odovědi na dotazy uchazečů jsou zveřejněny na profilu zadavatele v sekci Zadávací dokumentace a Veřejné dokumenty. Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Havířově dne 18.1.2022

Zpracoval Ing. Pavel Švarc