

Zadavatel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem – ředitelem
IČ: 00534188

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu, v souladu se ZZVZ
„Dodávka RTG stacionární digitální skiografie vč. případných stavebních úprav“

Pořadové číslo zakázky: P/001/0018RA/INV/22

Číslo spisu na profilu zadavatele: P2200000020

Evidenční číslo ve VVZ: Z202-005518

Vážení účastníci,

dne 10. 2. 2021 obdržel zadavatel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky a v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ sděluje následující:


Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci

Dotaz: bude zadavatel akceptovat anodu, která má tepelnou kapacitu anody 300 kHU, ale s unikátními a vynikajícími vlastnostmi odvodu tepla, přičemž tepelná kapacita celého krytu rentgenky je unikátních 2,3MHU, z čehož vyplývá, že odvod tepla je nadstandartním a celá rentgenka zvládne a vyhoví vysokému zatížení a vysokému průchodu pacientů bez přestávek. Tento požadavek plně vyhovuje a je konfrontován, jak ve Fakultních nemocnicích, tak ve velkých provozech poliklinických.

Odpověď č. 1

Zadavatel považuje tepelnou kapacitu anody rentgenky za jeden ze základních parametrů pro dlouhou životnost rentgenky a proto trvá na zadaném parametru. Tento parametr splňuje více výrobců.

Ve Frýdku-Místku, dne 11. 2. 2022



Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
El. Krásnohorské 321, Frýdek
738 01 Frýdek-Místek
Ing. Tomáš Stejskal

ředitel Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o.

