



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2
k Veřejné zakázce**

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

**Dodávka tiskárny na potisk podložních skel
pro patologii**

Číslo spisu: **OPA/Otr/2022/07/tiskárna podl. skel–PAT**
Číslo zakázky: **P22V00000021**
(dále jen „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ ze dne 15.2.2022 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1

Požadavek: *možnost pracovat samostatně, propojena s PC nebo jako síťová tiskárna*
Dotaz: Budete akceptovat tiskárnu, která pracuje pouze s připojením na PC? PC s dotykovou obrazovkou je součástí dodávky.

ODPOVĚď č. 1

„Ne, zadavatel trvá na původním znění technické specifikace“

DOTAZ č. 2

Požadavek: *vstupní/výstupní zásobník s kapacitou min. 70 skel*
Dotaz: Budete akceptovat tiskárnu s kapacitou vstupního zásobníku 100 skel a výstupního 50 skel?

ODPOVĚď č. 2

„Ne, zadavatel trvá na původním znění technické specifikace“

DOTAZ č. 3

Požadavek: *doba tisku max. 5,5 s/sklo*
Dotaz: Budete akceptovat tiskárnu s rychlostí tisku 9 skel/min, tzn. 6,66 s/sklo?

ODPOVĚď č. 3

„Ne, zadavatel trvá na původním znění technické specifikace“

DOTAZ č. 4

Požadavek: tisková páska na min. 10 000 potisků

Dotaz: Budete akceptovat tiskárnu s tiskovou páskou na 5 000 potisků?

ODPOVĚď č. 4

Ne, zadavatel trvá na původním znění technické specifikace"

Zadavatel stanovuje nově lhůtu pro podání nabídek takto:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO: nezměněna

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel