

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Dodávka lůžek pro intenzivní péči“

Zadavatel: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ: CZ00844853

zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem

Zadavatel tímto mění zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, a to konkrétně minimální technické požadavky, jež jsou uvedeny v bodě 3.2. Zadávací dokumentace a v příloze č. 1 Obchodních podmínek. Nové znění je následující:

Lůžko pro intenzivní péči s laterálním náklonem (3 ks)
<u>Základní technické parametry:</u>
Čtyřdílná ložná plocha
Vnější rozměry lůžka – max. 220 x 100 cm
Prodloužení lůžka min. 20 cm pomocí elektromotoru
Rozměr ložné plochy min. 90 x 205 cm
Bezpečné provozní zatížení min. 250 kg
Maximální hmotnost pacienta min. 185 kg
Výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru min. 45-75 cm
Trendelenburg / Antitrendelenburg min. 10°/10°
Laterální náklon min. +/- 15°
Nastavení zádového dílu v úhlu min. 60°
Nastavení stehenního dílu v úhlu min. 25°
Poloha - kardiacké křeslo
Postranice dělené plastové - nejlépe 2 kusy po každé straně samostatně sklopitelné
Podvozek na sloupové konstrukci
CPR poloha (elektronická v ovladači i mechanická pro urgentní stavy)
Integrovaná váha pro měření aktuální hmotnosti pacienta
Kolečka o průměru min. 150 mm
Centrální ovládání koleček

Ochranná rohová kolečka
Zálohová baterie s indikátorem stavu
Sesterský ovladač v bočnicích postele, vč. zobrazení a ovládání váhy
Nožní ovladač – nastavení výšky a laterálního náklonu
Signalizace nebezpečného pohybu pacienta na lůžku, alarm aktivován přenesením váhy pacienta na postranice nebo do oblasti čel lůžka (prevence pádu pacienta)
Čidla zamezující skřípnutí předmětu mezi ložnou plochou a podvozkem lůžka (prevence zranění pacienta)
<u>Příslušenství:</u>
Pasivní antidekubitní matrace (nosnost min. 200 kg, výška min. 14 cm, vhodná do třetího stupně rizika vzniku dekubitů)
Infúzní stojan
Napřimovací hrazda vč. plastové rukojeti

Lůžko pro intenzivní péči (3 ks)
<u>Základní technické parametry:</u>
Čtyřdílná ložná plocha
Vnější rozměry lůžka – max. 220 x 100 cm
Rozměr ložné plochy min. 90 x 205 cm
Bezpečné provozní zatížení min. 250 kg
Maximální hmotnost pacienta min. 185 kg
Výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru min. 45-75 cm
Trendelenburg / Antitrendelenburg min. 12°/12°
Nastavení zádového dílu v úhlu min. 60°
Nastavení stehenního dílu v úhlu min. 25°
Poloha - kardiacké křeslo
Postranice dělené plastové - nejlépe 2 kusy po každé straně samostatně sklopitelné
Podvozek na sloupové konstrukci
CPR poloha (elektronická v ovladači i mechanická pro urgentní stavy)
Integrovaná váha pro měření aktuální hmotnosti pacienta
Kolečka o průměru min. 150 mm
Centrální ovládání koleček
Ochranná rohová kolečka

Zálohová baterie s indikátorem stavu
Sesterský ovladač v bočnicích postele, vč. zobrazení a ovládání váhy
Signalizace nebezpečného pohybu pacienta na lůžku, alarm aktivován přenesením váhy pacienta na postranice nebo do oblasti čel lůžka (prevence pádu pacienta)
Čidla zamezující skřípnutí předmětu mezi ložnou plochou a podvozkem lůžka (prevence zranění pacienta)
<u>Příslušenství:</u>
Pasivní antidekubitní matrace (nosnost min. 200 kg, výška min. 14 cm, vhodná do třetího stupně rizika vzniku dekubitů)
Infúzní stojan
Napřimovací hrazda vč. plastové rukojeti

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel aktualizuje Přílohu č. 4 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – Obchodní podmínky.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to tak, že tato je nově stanovena do 13. 5. 2022 do 8:00 hod.

Zadavatel rovněž prodlužuje termín pro podávání žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to tak, že účastník může svou žádost podat do 9. 5. 2022 do 10 hod.

V Karviné dne 3. 5. 2022.