

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Dodávka lůžek pro intenzivní péči“

Zadavatel: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ: CZ00844853

zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem

Dotaz č.1:

Parametr - Prodloužení lůžka min. 20 cm pomocí elektromotoru

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s mechanickým prodloužením až o 30cm?

Odpověď: Ne, zadavatel toto nabízené řešení neakceptuje.

Dotaz č.2:

Parametr - Rozměr ložné plochy min. 90 x 205 cm

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s rozměry ložné plochy 90 x 200cm?

V případě nutnosti využití delší ložné plochy, může zadavatel využít prodloužení až 30cm.

Odpověď: Ne, zadavatel toto nabízené řešení neakceptuje.

Dotaz č.3:

Parametr - Sesterský ovladač v bočnicích postele, vč. zobrazení a ovládání váhy

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s integrovanými ovladači v postranicích, kde ovladače z vnější strany slouží jako sesterské s rozšířenými funkcemi pro ovládní lůžka, z vnější strany jsou ovladače patientské s omezenými funkcemi pro ovládání lůžka + centrální sesterský panel, který je nadřazen oběma panelům s ovládním všech funkcí lůžka, vážicího systému a laterální rotační terapie?

Uchazeč se domnívá, že se jedná o technicky rovnocenné řešení, které nemá vliv na medicínský účel lůžka, tudíž nemá jak ovlivnit zdravotní stav pacienta na lůžku.

Zadavatel připuštěním tohoto rovnocenného řešení dosáhne rovné soutěže pro více uchazečů a získá tím výhodnější cenu nakupovaného zařízení.

Odpověď: Ne, zadavatel toto nabízené řešení neakceptuje.

Dotaz č.4:

Parametr - Signalizace nebezpečného pohybu pacienta na lůžku, alarm aktivován přenesením váhy pacienta na postranice nebo do oblasti čel lůžka (prevence pádu pacienta)

Může uchazeč zadavateli nabídnout alarm sloužící k identifikaci opuštění lůžka pacientem?

Odpověď: Ne, zadavatel toto nabízené řešení neakceptuje.

Dotaz č.5:

Parametr - Čidla zamezující skřípnutí předmětu mezi ložnou plochou a podvozkem lůžka (prevence zranění pacienta)

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko bez čidel zamezující skřípnutí předmětu mezi ložnou plochou a podvozkem lůžka?

Odpověď: Ne, zadavatel toto nabízené řešení neakceptuje.

Lůžko pro intenzivní péči (3ks)

Dotaz č.6:

Parametr - Rozměr ložné plochy min. 90 x 205 cm

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s rozměry ložné plochy 90 x 200cm?

V případě nutnosti využití delší ložné plochy, může zadavatel využít prodloužení až 30cm.

Odpověď: Ne, zadavatel toto nabízené řešení neakceptuje.

Dotaz č.7:

Parametr - Sesterský ovladač v bočnicích postele, vč. zobrazení a ovládání váhy

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s integrovanými ovladači v postranicích, kde ovladače z vnější strany slouží jako sesterské s rozšířenými funkcemi pro ovládní lůžka, z vnější strany jsou ovladače patientské s omezenými funkcemi pro ovládání lůžka + centrální sesterský panel, který je nadřazen oběma panelům s ovládáním všech funkcí lůžka, vážicího systému a laterální rotační terapie?

Uchazeč se domnívá, že se jedná o technicky rovnocenné řešení, které nemá vliv na medicínský účel lůžka, tudíž nemá jak ovlivnit zdravotní stav pacienta na lůžku.

Zadavatel připuštěním tohoto rovnocenného řešení dosáhne rovné soutěže pro více uchazečů a získá tím výhodnější cenu nakupovaného zařízení.

Odpověď: Ne, zadavatel toto nabízené řešení neakceptuje.

Dotaz č.8:

Parametr - Signalizace nebezpečného pohybu pacienta na lůžku, alarm aktivován přenesením váhy pacienta na postranice nebo do oblasti čel lůžka (prevence pádu pacienta)

Může uchazeč zadavateli nabídnout alarm sloužící k identifikaci opuštění lůžka pacientem?

Odpověď: Ne, zadavatel toto nabízené řešení neakceptuje.

Dotaz č.9:

Parametr - Čidla zamezující skřípnutí předmětu mezi ložnou plochou a podvozkem lůžka (prevence zranění pacienta)

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko bez čidel zamezující skřípnutí předmětu mezi ložnou plochou a podvozkem lůžka?

Odpověď: Ne, zadavatel toto nabízené řešení neakceptuje.

V Karviné dne 10. 5. 2022.