

**Veřejná zakázka
„JIP pro dětské pacienty - výstavba objektu“**

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 11,12

Dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„JIP pro dětské pacienty - výstavba objektu“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace rovněž mění zadávací dokumentaci v níže uvedeném rozsahu.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 11

Dotaz č.1:

„1.) Ve slepém rozpočtu 3 – Lékařská technologie - pol. č. 64:

0	K	Pol64	chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty, vnitřní mrazák, cca 380l	ks	1,00000		0,00
---	---	-------	---	----	---------	--	------

PP

chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty, vnitřní mrazák, cca 380l

Poznámka k položce:

P

chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty, vnitřní mrazák, cca 380l, chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty, volně stojící, 1-dveřová s prosklenými dveřmi, bílé provedení, objem cca 380 l, možnost změny otevírání dveří (levé/pravé), teplotní rozsah min.: +2 st.C - +12 st.C, automatické odtávání, zobrazení aktuální teploty na LED displeji, externí rukojel, digitální elektronická regulace, nízká spotřeba energie, vestavěný optický a akustický alarm nezávislý na el.síti, zámek, vnitřní osvětlení, nastavitelné police, možnost připojení teplotního čidla

Údaj objemu cca 380l je nejasný, neodpovídá žádné vyráběné velikostní kategorii, existují menší i větší, můžete určit minimální požadovaný objem?

Požadovaný tepelný rozsah min. +2 st.C - +12 st.C a vnitřní mrazák, tyto údaje se vylučují, můžete upřesnit co požadujete?

1-dvěřová chladnička s vnitřním mrazákem se v této kategorii nevyrábí, můžete upřesnit co požadujete ocenit?

Chladnička na léky v podobné velikosti je specifické zařízení s nemalou cenou, žádáme o zadání splnitelných požadavků odpovídajících dostupným výrobkům na trhu.

Žádáme zadavatele, aby určil referenční výrobek, který bude stanovovat technické parametry výrobku, případně aby zadavatel stanovil tzv. řízenou cenu pro tento výrobek všem dodavatelům jednotně.“

Odpověď zadavatele:

Vnitřní objem min. 360 litrů (brutto objem).

Chladnička na léky bez vnitřního mrazáku (vnitřní mrazák nepožadován).

Referenční výrobek ani řízená cena nebude poskytnuta z důvodu nesjednávání výhody výrobce/dodavatele.

Dotaz č.2:

„2.) Ve slepém rozpočtu 3 – Lékařská technologie pol. č. 62:

0	K	Pol62	chladnička malá na mléčné dávky	ks	1,00000		0,00
---	---	-------	---------------------------------	----	---------	--	------

PP

chladnička malá na mléčné dávky

Poznámka k položce:

P

chladnička malá na mléčné dávky

Nelze ocenit, schází požadované parametry.

Žádáme zadavatele, aby zadal parametry a určil referenční výrobek, který bude stanovovat technické parametry výrobku, případně aby zadavatel stanovil tzv. řízenou cenu pro tento výrobek všem dodavatelům jednotně.“

Odpověď zadavatele:

Vnitřní objem chladničky min. 115l (brutto objem), volně stojící, 1-dvěřová, bílé provedení, možnost změny otevírání dveří (levé/pravé), automatické odtávání, externí rukojeť, nízká spotřeba energie, vnitřní osvětlení, nastavitelné police, možnost připojení teplotního čidla. Referenční výrobek ani řízená cena nebude poskytnuta z důvodu nesjednávání výhody výrobce/dodavatele.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 12

Dotaz č.1:

„Tento dotaz se týká položky:

„Chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorač²í teploty, vnitřní mrazák, cca 380l“

Prosím o vyjádření, zda zadavatel při takto zadané specifikaci trvá na tom, aby lednice na léčiva s monitorací teploty a všemi požadovanými parametry měla uvnitř integrovaný mrazák? Pokud by na tomto zadavatel netrval, prosíme o opravu specifikace této položky. “

Odpověď zadavatele:

Vnitřní objem min. 360 litrů (brutto objem).

Chladnička na léky bez vnitřního mrazáku (vnitřní mrazák nepožadován).

Dotaz č.2:

„Vzhledem k tomu, že dodatečné informace a vysvětlení zadávací dokumentace k této veřejné zakázce jsou zveřejněny na na portále msk.ezak.cz/contract_display_5686.html v záložce Veřejné dokumenty a nejsou zveřejněny v záložce Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace, jak bývá standardní, nebylo nám z portálu zasláno systémové upozornění na nový dokument. Vzhledem k tomuto jsme byli informováni o dodatečných informacích se zpožděním.

Žádáme tedy o adekvátní prodloužení lhůty k podání nabídek. “

Odpověď zadavatele:

Zadavatel správně zveřejňuje vysvětlení a změny zadávací dokumentace v záložce Veřejné dokumenty, v podzáložce Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace, a přílohy těchto vysvětlení zveřejňuje v záložce Zadávací dokumentace. Tato skutečnost by sama o sobě nebyla důvodem pro prodloužení lhůty k podání nabídek, nicméně zadavatel lhůtu prodlužuje z důvodu zveřejnění upřesněného výkazu výměr.

V návaznosti na výše uvedené odpovědi zadavatel spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje nový výkaz výměr. Tento nový výkaz výměr s názvem souboru „11.5.HavNem - Pristavba a rekonstrukce Detske JIP“ je zveřejněn v záložce elektronického nástroje „Zadávací dokumentace“.

S ohledem na výše uvedené prodlužuje zadavatel přiměřeně lhůtu k podání nabídek a nově stanovuje lhůtu k podání nabídek **24.5.2022 v 9.00 hod.**

V Havířově, dne 11.5.2022

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka