



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2
k Veřejné zakázce**

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČO: 47813750

Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávka 2 ks transportních lůžek pro infekční oddělení“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2022/06/2 ks lůžek-INF**

Číslo zakázky: **P22V00000150**

(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1

Zadavatel u technických požadavků uvádí:

- a)** nožní díl i podhlavník nastavitelný nahoru plynovou vzpěrou
Může zadavatel prosím ujasnit tento požadavek?
Je to myšleno jako polohování ložné plochy nahoru a dolů a polohování podhlavníku (zádové části) pomocí plynové pístnice? Nebo jak jinak si představit polohování nožního dílu.
- b)** postranní bočnice sklopné
Umožní zadavatel nabídnout lehátko s postranicemi odklopnými? Tedy systém, kdy postranice se překlápí podél vodorovné osy pod ložnou plochu.
- c)** hydraulicky nastavitelná výška min. v rozsahu 40 cm
Umožní zadavatel dodavateli nabídnout lehátko s polohováním v rozsahu 57-94 cm, tedy zdvih o 37 cm?

ODPOVĚď č. 1

- a) Zadavatel požaduje pouze podhlavník nastavitelný plynovou vzpěrou. Nožní díl byl uveden chybně.**
- b) Ano, zadavatel akceptuje postranice odklopné.**
- c) Ano, zadavatel akceptuje výšku zdvihu 37 cm.**

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel