



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Modernizace Nemocnice Třinec – II. etapa
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html">https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html</a>
Identifikace projektu:	„Modernizace nemocnice Třinec“, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016357

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Osoba zastupující zadavatele <sup>1</sup> :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	<a href="mailto:hlavacek@tendera.cz">hlavacek@tendera.cz</a>
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

### I.

Dne 6. 6. 2022 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

<sup>1</sup> V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

**Dotaz č. 9:**

Dobrý den,

rádi bychom Vás touto cestou požádali o zodpovězení dodatečných dotazů, týkajících se "části 1 - Operační světla" této veřejné zakázky a jejích příloh.

1) Zadavatel v technické specifikaci požaduje: "Operační světla musí umožňovat nastavení velikosti světelného pole ve 3 krocích od 19 do 28 cm."

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku svítidel, které umožňují nastavení velikosti světelného pole pouze v 2 krocích, ale v rozmezí od 20 do 37 cm?

**K dotazu č. 9 zadavatel uvádí následující:**

Ne, zadavatel trvá na stanovené specifikaci.

**Dotaz č. 10:**

2) Dotaz: Může zadavatel uvést výšky stropů a výšky podhledů v místech instalace? Tyto hodnoty mohou ovlivňovat výběr kotevnic prvků a jejich příslušenství, také délky centrálních os svítidel, tím pádem i výslednou nabídkovou cenu.

**K dotazu č. 10 zadavatel uvádí následující:**

Výška stropu 3 200 mm, výška podhledu 2 750 mm.

V Brně, dne 9. 6. 2022

**Za zadavatele – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace:**

**Ing. Radek Hlaváček**

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci