



VYPLNIL:	Jan Procházka	DNE:	1/2022	ZAKÁZKA č.	-	OBJEDNACÍ LIST č.:	-	DATUM VÝROBY:	-
SCHVÁLIL:	-	DNE:	-	EXPEDIČNÍ LIST č.:	-	VERZE č.:	-		
ZÁKAZNÍK:	-			MÍSTO STAVBY:	Nemocnice Krnov - Operační sály				

TYP VÝROBKU:	SPR 11-1 + držák monitoru 27"	JAZYKOVÁ MUTACE VÝROBKU:	ČR	POZNÁMKA:	-
MÍSTNOST ČÍSLO:	OPS 1-4	UMÍSTĚNÍ SADY RAMEN (PLYN/ELEKTRO):	-		
	-	KOTVENÍ STATIVU (MEZIKUS/DESKA):	-		

TECHNICKÉ VYBAVENÍ																				
POČET KUSŮ	OSAZENÍ STATIVU PŘÍSLUŠENSTVÍ							ATYP	OSAZENÍ ZDROJOVÉ HLAVY SILNOPROUDÝMI ZÁSUVKAMI					POUŽITÁ NORMA ZÁSUVEK/ POUŽITÍ SIGNALIZACE LED	ZDIŘKA OCHRANNÉHO POSPOJENÍ	POČET SILNOPROUDÝCH OKRUHŮ (množství je na celý stativ) + PROUDOVÁ OHRANA				
	DRŽÁK 1 MONITORU	DRŽÁK 2 MONITORŮ	POLICE	ZDROJOVÁ HLAVA	DRŽÁK KAMERY	DRŽÁK OSTATNÍ	-		MDO (bílá)	DO (zelená)	ZIS (žlutá)	VDO (oranžová)	RTG (červená)							
	S MADLEM															MDO	DO	ZIS	VDO	RTG
4	ANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ČSN ANO	-	-	-	-	-	-
KABELOVÉ VEDENÍ STATIVEM PRO MONITOR							OSAZENÍ SVĚTEL					BAREVNOST STATIVU			DÉLKY RAMEN STATIVU					
UTP	SDI	DVI	HDMI	VGA	OSTATNÍ	NAPÁJECÍ KABEL	HLAVNÍ SVĚTLO	STAEELITNÍ SVĚTLO	VYŠETŘOVACÍ SVĚTLO	KAMERA V HLAVNÍM SVĚTLE	KAMERA V SATELITNÍM SVĚTLE	RAMENA	KRATY KLOUBŮ, POHLEDOVÝ KRYT	-	RAMENO 1	RAMENO 2	RAMENO 3	RAMENO 4		
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	RAL 9002	RAL 9002	-	900/800mm	-	-	-		