



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Modernizace Nemocnice Třinec – II. etapa
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html">https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html</a>
Identifikace projektu:	„Modernizace nemocnice Třinec“, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016357

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Osoba zastupující zadavatele <sup>1</sup> :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	<a href="mailto:hlavacek@tendera.cz">hlavacek@tendera.cz</a>
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 29. 6. 2022 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

### Dotaz č. 16:

**Veřejná zakázka: Modernizace Nemocnice Třinec – II. Etapa**

**Část 1: Operační světla**

<sup>1</sup> V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Dotaz č. 1

Zadavatel v rámci veřejné zakázky „Modernizace Nemocnice Třinec - II. etapa.“ dne 3. 6. 2022 odpověděl ve „VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2“ na dotaz č. 4 takto:

„K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Ne, zadavatel trvá na původně stanovených specifikacích.“

Vzhledem k absenci odůvodnění Vám rovněž zasíláme totožný dotaz a prosíme Vás o opětovné zvážení odpovědi, případně alespoň o zdůvodnění nevyhovění dotazu.

Dotaz č. 2

Zadavatel ve veřejné zakázce „Modernizace Nemocnice Třinec - II. etapa.“ v dokumentu: „Příloha č. 3.1. – zadávací dokumentace technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 1“ uvádí tento

parametr: „počet led diod min. 90 na jedno těleso“

Účastník se domnívá, že tento parametr je diskriminační a omezuje počet účastníků. Účastník nabízí těleso (kopuli) s počtem led diod 72. Nabízené operační svítidlo s počtem 72 led diod nikterak nesnižuje kvalitu ani parametry, které Zadavatel požaduje jako intenzita osvětlení, index Ra, index R9, průměr světelného pole, naopak Účastníkem nabízené svítidlo veškeré další parametry převyšuje.

Účastník tvrdí, že počet led diod v operačním svítidle nerozhoduje o homogenitě a distribuci světla ani o parametrech jako intenzita osvětlení, index Ra, index R9, průměr světelného pole.

Účastník tvrdí, že 72 led diod v operačním svítidle může mít lepší parametry než 90 led diod v konkurenčním svítidle.

Připustí tedy Zadavatel operační svítidla s minimálním počtem 72 led diod v tělese (kopuli)?

#### **K dotazu č. 16 zadavatel uvádí následující:**

Zadavatel stanovil technické podmínky v dobré víře a vzhledem k umístění operačních sálů a charakteru operačních výkonů, které se na těchto sálech provádí.

Dále zadavatel uvádí, že podmínky nestanovil diskriminačně, protože parametr „počet led diod min. 90 na jedno těleso“ splní více dodavatelů.

Zadavatel trvá na původně stanovených specifikacích.

V Brně, dne 4. 7. 2022

**Za zadavatele – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace:**

**Ing. Radek Hlaváček**

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci