

Veřejná zakázka
„VZ „Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj –
Diagnostické přístroje“

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Dle §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Diagnostické přístroje“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná 00844853 www.nspka.cz Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu http://nspka.profilzadavatele.cz

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. §§ 98 a 99 ZZVZ na základě dotazů dodavatele sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Část 6 VZ – EKG

Dotaz č. 1:

„Zadavatel požaduje v příloze č. 1 - Technická specifikace

„Místní úložiště pro min. 1000 záznamů “

Předpokládáme, že požadovaná interní paměť na 1000 záznamů je určena k uložení záznamů do té doby, než se uložené záznamy exportují do SW pro archivaci EKG záznamů. Námi nabízené obdobné technické řešení nabízí integrovanou interní paměť pro 300 záznamů. Domníváme se, že velikost paměti je postačující pro několik dní ukládání EKG záznamů a je proto z klinického pohledu dostačující. Budete akceptovat přístroj s místním úložištěm pro min. 300 záznamů? “

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude akceptovat řešení nabízené dodavatelem. Zadavatel ne na všech pracovištích pravidelně exportuje do PC, a proto potřebuje mít záznamy přímo v úložišti EKG.

Dotaz č. 2:

„Zadavatel požaduje v příloze č. 1 - Technická specifikace

„Možnost uložení dat do formátu JPG, XML nebo PDF“

Požadovaný JPG formát je grafický formát, který neumožňuje další zpracování EKG křivky, proto jej většina výrobců EKG přístrojů nepoužívá. Námi nabízené technické řešení používá ukládání do formátu XML nebo PDF, protože tyto formáty umožňují další klinické zpracování uložených dat. Budete akceptovat EKG přístroj s možností uložení dat do formátu XML nebo PDF?“

Odpověď zadavatele:

Ano, formát XML i PDF je v pořádku.

Dotaz č. 3:

„Zadavatel požaduje v příloze č. 1 - Technická specifikace

„Digitální rozhraní : USB, LAN port, SD karta, WiFi (volitelné), VGA“

Předpokládáme, že požadovaný VGA výstup je požadován za účelem zobrazení EKG křivek na externím displeji, který ale není požadován. Námi nabízené obdobné technické řešení nabízí export dat do PC a zobrazení tak záznamu na obrazovce pracovní stanice. Toto řešení je běžné v mnoha praxích a je klinicky akceptováno.

Budete požadovat přístroj s Digitálním rozhraním : USB, LAN port, SD karta, WiFi (volitelné)?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nebude akceptovat přístroj bez digitálního rozhraní VGA, jedná se o další možnost připojení monitoru. Ne na všech pracovištích má zadavatel nejnovější vybavení.

Dotaz č. 4:

„Zadavatel požaduje v příloze č. 1 - Technická specifikace

„Rozměry max.: š: 420 x d: 320 x v: 100 mm“

Námi nabízené technické řešení nabízí kompaktní přístroj o rozměrech š: 325 x d: 370 x v :125 mm. Jedná se o zcela minimální velikostní rozdíly, které nemají klinický dopad. Budete akceptovat přístroj o rozměrech š: 325 x d: 370 x v :125 mm?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat nabízené rozměry.

V návaznosti na výše uvedené spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel novou přílohu č. 1 ZD – Požadované technické parametry – Diagnostické přístroje, kde jsou výše uvedené technické parametry upravené. Tato nová příloha je zveřejněna na profilu zadavatele a v sekci elektronického nástroje „Zadávací dokumentace“ pod názvem souboru „NOVÁ Příloha č. 1 ZD - Požadované technické parametry – Diagnostické přístroje.

S ohledem na výše uvedené dává zadavatel na vědomí, že bude prodlužovat lhůtu k podání nabídek. Formulář F14 o prodloužení lhůty k podání nabídek odeslal zadavatel do Věstníku

veřejných zakázek dne 5.8.2022. Novou lhůtu k podání nabídek uvede zadavatel na profilu zadavatele a na elektronickém nástroji EZAK v den, kdy bude formulář F14 zveřejněn.

V Karviné, dne 7.8.2022

Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka