



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1
k Veřejné zakázce**

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

**„Elektrochirurgický generátor vč. odsávací jednotky
pro COS SN Opava“**

Číslo spisu: **OPA/Hal/2022/21/elektrochir. generátor-COS**
Číslo zakázky: **P22V00000286**
(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1

V bodě 3 - Vymezení předmětu veřejné zakázky – Základní požadavky, Minimální technické požadavky, Technická specifikace systému pro odvod operačních zplodin, Příslušenství, zadavatel požaduje dodávku minimálně 20 ks filtrů (4 stupňový ULPA filtr v jediném jednorázovém, zcela zapouzdřeném bloku).

Dodávka 20 ks filtrů by představovala téměř 50% předpokládané hodnoty veřejné zakázky, dodavatel by dodáním požadovaného množství nemohl zaručit dodržení předpokládané hodnoty veřejné zakázky stanovené zadavatelem.

**Akceptuje zadavatel jako příslušenství systému pro odvod operačních zplodin pro
dodávku 2 ks ULPA filtru v jediném jednorázovém, zcela zapouzdřeném bloku?**

ODPOVĚď č. 1

**Ano, zadavatel akceptuje jako příslušenství dodávku 2 ks ULPA filtru v jediném
jednorázovém, zcela zapouzdřeném bloku.**

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel