



**Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1
k Veřejné zakázce**

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Mikrotom pro oddělení patologie - SN v Opavě“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2022/27/mikrotom-PAT**

Číslo zakázky: **P22V00000299**

(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1

V odstavci „Minimální technické požadavky“ zadavatel požaduje rozměry zařízení 450x530x275 mm, bude zadavatel akceptovat řešení s rozměry 465x540x298 mm?

ODPOVĚď č. 1

Ne, zadavatele trvá na původním požadavku.

DOTAZ č. 2

V odstavci „Minimální technické požadavky“ zadavatel požaduje horizontální rozsah 30 mm, bude zadavatel akceptovat řešení s parametrem 29+/-1 mm?

ODPOVĚď č. 2

Ne, zadavatele trvá na původním požadavku.

DOTAZ č. 3

V odstavci „Minimální technické požadavky“ zadavatel požaduje Eloxovaný, snadno čistitelný povrch, bude zadavatel akceptovat řešení krytu z modernějších polymerů, které nabízí lepší antibakteriální, čistící vlastnosti a delší životnost?

ODPOVĚď č. 3

Ne, zadavatele trvá na původním požadavku.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel