

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2 **k Veřejné zakázce**

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Mikrotom pro oddělení patologie - SN v Opavě“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2022/27/mikrotom-PAT**

Číslo zakázky: **P22V00000299**

(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1

Rozsah: 0.5 - 10 μm - 0.5 μm / 10 - 20 μm - 1 μm / 20 - 60 μm - 5 μm

Náš mikrotom umožňuje krájení vzorku po 0,5 μm pro rozsah 0,5 - 2 μm , pro rozsah 2 - 10 μm umožňuje posun po 1 μm a pro rozsah 10 - 20 μm po 2 μm . Větší rozsah posunu pro řezy silnější než 2 μm poskytuje díky nižšímu počtu jednotlivých posunů komfortnější přichystání bloku ke krájení. Je proto možné upravit požadavky na nastavení tloušťky krájení vzorku?

ODPOVĚď č. 1

Ne, zadavatele trvá na původním požadavku.

DOTAZ č. 2

Orientace vzorku: 10° X/Y/Z

Bude zadavatel akceptovat orientaci vzorku v ose X a Y 8° a v ose Z 360°? V praxi je žádoucí mít vzorek umístěný rovně a kolmo na nůž/žiletku tak, aby vznikl řez takovou oblastí vzorku, která je v bloku správně naorientována.

ODPOVĚď č. 2

Ne, zadavatele trvá na původním požadavku.

DOTAZ č. 3

Retrakce: 40 μm

Retrakce slouží k vyloučení poškození vzorku o krájecí zařízení při jeho zpětném chodu do výchozí polohy pro krájení. Pro zamezení poškození vzorku jeho vzájemným dotykem s nožem či žiletkou není praktický rozdíl, zda je velikost retrakce přímo 40 μm nebo např. 60 μm , což poskytuje námi nabízený mikrotom. Je možné upustit od požadavku, aby byla retrakce 40 μm ?

ODPOVĚď č. 3

Ne, zadavatele trvá na původním požadavku.

DOTAZ č. 4

Trimování: Ve dvou krocích 10 µm a 20 µm

Trimování na našem mikrotomu je 10 µm a 30 µm, tedy obdobné Vašemu požadavku. Tyto hodnoty shledáváme jako vhodné pro potřebu zkrájení vzorku, kdy se laborant potřebuje dostat lehce za zkrájenou oblast – 10 µm, anebo odkrojit větší část vzorku – proto 30 µm. Budou pro Vás tyto 2 hodnoty rovněž přijatelné?

ODPOVĚď č. 4

Ne, zadavatele trvá na původním požadavku.

DOTAZ č. 5

Horizontální rozsah: 30 mm

Bude pro zadavatele akceptovatelný horizontální rozsah 28 mm, což je číselný údaj téměř, ale nikoli úplně, shodný s Vaším požadavkem?

ODPOVĚď č. 5

Ne, zadavatele trvá na původním požadavku.

DOTAZ č. 6

Vertikální rozsah: 70 mm

Náš mikrotom umožňuje zdvih 64 mm, což je pro pohodlnou obsluhu přístroje a kvalitní výsledky práce, včetně krájení velkých tkání, plně dostačující. Bude zadavatel akceptovat zdvih do 64 mm?

ODPOVĚď č. 6

Ne, zadavatele trvá na původním požadavku.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel