



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Modernizace Nemocnice Třinec – II. etapa II
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html
Identifikace projektu:	„Modernizace nemocnice Třinec“, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016357

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 14. 9. 2022 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Dotaz č. 2:

Vážený zadavateli,

dovolujeme si tímto podat doplňující dotaz, resp. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Lůžko pro intenzivní péči včetně matrace a příslušenství, 4 ks (JIP)

- Rozměr ložné plochy min 90x205 cm

Může uchazeč nabídnout lůžko s ložnou plochou 90x200 cm s možností 30 cm prodloužení LP?

ANO – uchazeč může toto lůžko nabídnout

- Postranice s možností opuštění lůžka bez volání personálu (krátká hlavová, střední postranice zajišťující bezpečí pacienta)

Může uchazeč nabídnout postranice po celé délce lůžka, kdy postranice u zádového dílu zajišťuje bezpečí pacienta, zatímco sklopená nožní postranice umožňuje opuštění lůžka bez volání personálu.

NE – zadavatel trvá na požadovaných parametrech

- Multifunkční ovládací panel na vnější straně postranice, možnost zobrazení vážicího systému

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s integrovanými ovladači v postranicích, kde ovladače z vnější strany slouží jako sesterské s rozšířenými funkcemi pro ovládání lůžka, z vnitřní strany jsou ovladače pacientské s omezenými funkcemi pro ovládání lůžka + centrální sesterský panel, který je nadřazen oběma panelům s ovládáním všech funkcí lůžka a vážicího systému.

Uchazeč se domnívá, že se jedná o technicky rovnocenné řešení, které nemá vliv na medicínský účel lůžka, tudíž nemá jak ovlivnit zdravotní stav pacienta na lůžku.

ANO – uchazeč může nabídnout lůžko s těmito ovladači

- Automatická brzda (lůžko se zabrzdí po připojení do el. sítě)

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s funkcí "Alarmu nezabrzdnutého lůžka"? Tato funkce upozorňuje obsluhující personál zvukovým alarmem na nezabrzdnuté lůžko, které je zapojené do el. sítě. Obsluhující personál má tak přehled o tom, kdy je lůžko zabrzděné a kdy je potřeba ho zabrzdit.

ANO – uchazeč může nabídnout lůžko s touto funkcí

- Alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku (alarm je aktivován přenesením váhy pacienta na postranice nebo do oblasti čel lůžka)

Může uchazeč zadavateli nabídnout pouze alarm sloužící k identifikaci opuštění lůžka pacientem?

ANO – uchazeč může nabídnout lůžko pouze s tímto alarmem

- Čidla zamezující skřípnutí předmětů mezi ložnou plochou a podvozkem lůžka (V případě detekce předmětů zastaví výškové nastavení lůžka)

Může uchazeč nabídnout lůžko bez tohoto čidla?

ANO – uchazeč může nabídnout lůžko bez tohoto čidla

Noční stolek s jídelní deskou, 4 ks

- Jídelní deska s postranními lištami zamezující pádu položených předmětů

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek, kde má jídelní deska zvýšené okraje, které zamezují pádu položených předmětů?

NE – zadavatel trvá na požadovaném parametru

- Kolečka o prům. Min 70 mm

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek s kolečky 65 mm?

ANO – uchazeč může nabídnout kolečka Ø 65mm

- Manipulační madla na korpusu stolku

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek, kde se k manipulaci s ním využívá zvýšený okraj odkládací desky? Tento zvýšený okraj odkládací desky je velice pevný, pohodlný na úchop pro manipulaci a je po celém obvodu odkládací desky.

NE – zadavatel trvá na požadovaných parametrech

Polohovací nemocniční lůžko včetně matrace a příslušenství, 30 ks

- Výška postranic min 36 cm a max. 40 cm nad ložnou plochu

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko s výškou postranic min 45 cm? Tato výška postranic umožňuje případné použití aktivní antidekubitní matrace.

ANO – uchazeč může nabídnout lůžko s touto výškou postranic

- Integrované, spustitelné, dělené, plastové postranice na max. 2/3 lůžka a zároveň Krátká nožní postranice s pojistkou proti náhodnému spuštění.

Může zadavatel toto upřesnit? 2/3 postranice a zároveň nožní postranice se vylučují. Může zadavatel nabídnout ¾ plastové postranice, v případě potřeby doplněné o kovovou dobočnici do držáku hrazdy lůžka?

ANO – uchazeč může nabídnout lůžko s takto řešenými postranicemi

- Kolečka s centrálním ovládáním brzd (brzda v každém rohu lůžka)

Může uchazeč nabídnout variantu 2x pedál centrální brzdy? Pedály jsou umístěny v rozích pod nožním čelem.

ANO – uchazeč může nabídnout tuto variantu brzd

Noční stolek s jídelní deskou, 30 ks

- Jídelní deska s postranními lištami zamezující pádu položených předmětů

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek, kde má jídelní deska zvýšené okraje, které zamezují pádu položených předmětů?

NE – zadavatel trvá na požadovaném parametru

- Kolečka o prům. Min 70 mm

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek s kolečky 65 mm?

ANO – uchazeč může nabídnout kolečka Ø 65mm

- Manipulační madla na korpusu stolku

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek, kde se k manipulaci s ním využívá zvýšený okraj odkládací desky? Tento zvýšený okraj odkládací desky je velice pevný, pohodlný na úchop pro manipulaci a je po celém obvodu odkládací desky.

NE – zadavatel trvá na požadovaných parametrech

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel pro přehlednost uvádí svoje vyjádření červenou barvou přímo do textu dotazu, aby bylo zřejmé, jak k danému dotazu odpověděl.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 3.2 ZD – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 2.

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději **do 25. 10. 2022, 10:00 hodin**.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 3.2 ZD – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 2.

V Brně, dne 20. 9. 2022

Za zadavatele – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci