

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Dodávka 2 ks myček podložních mís“

Zadavatel: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ: CZ00844853

zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem

1) Dotaz:

Zadavatel v části technická specifikace požaduje: rotační rameno s minimálně 12 tryskami

U námi nabízeného přístroje dezinfektoru podložních mís je mycí a dezinfekční proces v mycí komoře zajištěn rotačními a pevnými tryskami v počtu 11 ks, tímto nabízený přístroj splňuje účel medicínského použití. Jedná se pouze o jiné „obdobné“ technické řešení, které nemá v žádném případě vliv na funkci daného přístroje a mycího a dezinfekčního procesu. Náš produkt splňuje Evropskou normu EN ISO 15883, požadavky ČSN EN ISO 15883-1, ČSN EN ISO 15883-3 a vyhlášky 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Bude zadavatel akceptovat dezinfektor podložních splňující normu EN ISO 15883, kde mycí a dezinfekční proces v mycí komoře je zajištěn pomocí rotačních a pevných trysek v počtu 11 ks?

Odpověď:

Ne, toto řešení zadavatel nebude akceptovat a trvá na min. počtu 12 trysek.

2) Dotaz:

Zadavatel v části technická specifikace požaduje rozměry: výška max. 1750 mm, šířka max. 550 mm, hloubka max. 480 mm

Bude zadavatel akceptovat dezinfektor podložních mís o hloubce max. 580 mm při splnění požadované výšky a šířky?

Odpověď:

Ne, toto řešení zadavatel nebude akceptovat a vzhledem k prostorům trvá na stanovené maximální hloubce.