



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Modernizace Nemocnice Třinec – II. etapa II
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html
Identifikace projektu:	„Modernizace nemocnice Třinec“, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016357

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 30. 9. 2022 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 3:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Dobrý den, prosím o vysvětlení níže uvedených dotazů:

Dotaz č. 3.1:

Lůžko pro intenzivní péči včetně matrace a příslušenství, 4 ks (JIP)

-Postranice s možností opuštění lůžka bez volání personálu (krátká hlavová, střední postranice zajišťující bezpečí pacienta)

Může zadavatel znovu zvážit možnost lůžka s plastovými dvoudílnými postranicemi po celé délce lůžka? Toto řešení 100% zabezpečí pacienty, kteří lůžko opustit nesmí a zároveň, při sundání nožní postranice umožní volný pohyb těm pacientům, kteří lůžko opustit smí.

Dotaz č. 3.2:

Noční stolek s jídelní deskou, 4 ks

- Jídelní deska s postranními lištami zamezující pádu položených předmětů

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek, kde má jídelní deska zvýšené okraje, které zamezují pádu položených předmětů?

NE – zadavatel trvá na požadovaném parametru

Může zadavatel zvážit znovu tento parametr? Postranní lišta a zvýšený okraj jídelní desky plní tutéž funkci a výledek obou řešení je totožný- obě varianty zamezují pádu položených předmětů

K dotazu č. 3.1 zadavatel uvádí následující:

NE – zadavatel trvá na požadovaných parametrech

K dotazu č. 3.2 zadavatel uvádí následující:

Po zvážení všech skutečností zadavatel připouští navrhované řešení s podmínkou, že minimální vnitřní rozměr jídelní desky (bez zvýšených okrajů) bude 335 x 510 mm.

Tato změna se promítla i do další totožné položky této části veřejné zakázky – Noční stolek s jídelní deskou, 30 ks.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 3.2 ZD – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 2.

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 9. 11. 2022, 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 3.2 ZD – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 2.

V Brně, dne 5. 10. 2022

Za zadavatele – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci