



Třinec, 12. 10. 2022

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2

- Název VZ:** Výpůjčka imunohistochemického barvicího automatu včetně dodávek spotřebního materiálu
- Číslo VZ:** TRI/Buj/2022/28/barvicí automat (v systému EZAK číslo P22V00000369)
- Druh VZ:** veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel mění Zadávací dokumentaci, bod 4.1. Technická specifikace, následovně:

Ruší se bez náhrady následující požadavky:

- možnost vkládání nových skel bez zásahu do již probíhajících procesů (např.statim)
- souběh provádění IHC barvení a in situ hybridizace
- bezpečná detekce odpadového systému

Ing. Lucie Bujáková v.r.
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace