

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1
VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne: 7. 10. 2022**

Název zadavatele: **Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**
se sídlem: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČ: 00534242

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Modernizace Nemocnice Třinec – II. Etapa, II. Část – Dodávka magnetické rezonance včetně pozáručního servisu.“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující změnu vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotaz uchazeče

V dokumentu „Příloha_č._3_-_ZD_TECHNICKÁ_SPECIFIKACE_PŘEDMĚTU_VEŘEJNÉ_ZAKÁZKY_-_final_-_9.8.2022.docx“, zadavatele „Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Lištná, 739 61 Třinec“, požadujete v odstavci: „Vyhodnocovací stanice:“:

Nezávislá síťová vyhodnocovací stanice s možností následného vybavení o licence pro náročné vyhodnocení vyšetření na MR i jiných modalitách (CT)

A dále pak: 4ks pracovní stanice

Z hlediska provozu je mnohem vhodnější už od 2 vyhodnocovacích pracovišť vybavit se vyhodnocovacím portálem, který může podporovat práci na více (v podstatě neomezeném množství) vyhodnocovacích stanicích. Výhoda je v jednodušší distribuci dat, data jsou na jednom místě, shodně jako případné rekonstrukce i data, vzniklá zpracováním. Stejně tak není potom zapotřebí vybavovat potřebnými licencemi každou stanici zvlášť, ale licence na pokročilé zpracování (pro různé modalit) mohou být sdílené pro všechna vyhodnocovací pracoviště.

Dotaz: Připouštíte splnění tohoto požadavku dodáním vyhodnocovacího portálu a 4 ks pracovních stanic pro vyhodnocení, každou se dvěma min. 24“ diagnostickými monitory, s možností archivace na CD/DVD na každé z nich a s možností využívat standardní vyhodnocení (Současné zobrazení MPR ve 3 libovolných rovinách s okamžitou odezvou na změnu roviny pro min. 5 současných uživatelů, MIP, minIP, 3D Surface i Volume rendering pro min. 5 současných uživatelů, Zobrazení 2D s možností zobrazení minimálně 4 sérií se synchronním posunem obrázků pro min. 5 současných uživatelů) bez omezení současně na všech vyhodnocovacích stanicích a specializovaný SW (Vyhodnocení 4D tkáňové perfuze, kvalitativní (wash-in, wash-out, TTP..) i kvantitativní (Toftův model, Ktrans, Kep, Ve), s elastickou pohybovou korekcí, Software pro kvantitativní analýzu, výpočet a barevné zobrazení TTP, MTT, CBV a CBF, Vyhodnocení spektroskopických vyšetření jednovoxelových i spektroskopického zobrazování 2D/3D) v jednu chvíli na jedné, libovolné z nich?

Vyjádření zadavatele

Ano, zadavatel připouští navrhované řešení. Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil minimální požadavky na dodávku a instalaci dodávaného zboží a navrhované řešení se týká pouze softwarového řešení instalace, tudíž zadavatel konstatuje, že se nejedná o variantní řešení.

Lhůta pro podání nabídek:

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 8. 11. 2022 do 10:00 hodin

Nabídka se podává písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje.

Elektronickým nástrojem zadavatele je: https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 8. 11. 2022 v 10:01 hodin

S pozdravem

.....
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat