



Třinec, 13. 10. 2022

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 3

- Název VZ:** Výpůjčka imunohistochemického barvicího automatu včetně dodávek spotřebního materiálu
- Číslo VZ:** TRI/Buj/2022/28/barvicí automat (v systému EZAK číslo P22V00000369)
- Druh VZ:** veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel mění Zadávací dokumentaci, bod 4.1. Technická specifikace, následovně:

Zadavatel obdržel žádost o **vysvětlení zadávacích podmínek** následujícího znění:

Dotaz:

Rádi bychom se zeptali, zda zadavatel požadavkem „Náklady na jeden test včetně podložního skla, uvedeným v příloze č. 3, Krycí list nabídky, 2. strana“ zamýšlí, detekci IHC barvení končící DAB substrátem, včetně podbarvení hematoxylinem, údržbou, sklem, a štítkem. Tedy, zda cena za jeden test znamená náklady na detekci IHC bez primární protilátky.

Odpověď:

Ano, cena za jeden test znamená náklady na detekci IHC bez primární protilátky.

Ing. Lucie Bujáková v.r.
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace