

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2  
VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne: 18. 10. 2022**

Název zadavatele: **Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**  
se sídlem: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec  
zastoupena: Ing. Jiří Veverka, ředitel  
IČ: 00534242

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Modernizace Nemocnice Třinec – II. Etapa, II. Část – Dodávka magnetické rezonance včetně pozáručního servisu.“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

**Dotaz uchazeče**

**Datové listy**

V dokumentu „01\_Zadávací dokumentace\_V1\_9.8.2022\_-\_final.pdf“ se zadáním k veřejné zakázce „Modernizace Nemocnice Třinec – II. Etapa, II. Část – Dodávka magnetické rezonance včetně pozáručního servisu.“, zadavatele „Nemocnice Třinec, příspěvková organizace“, požadujete na straně 6, v článku 1.: „Předkládané datové listy musí být originálními materiály výrobce. Pokud nebudou v českém jazyce, musí být doplněny překladem do češtiny pro ty části, které prokazují splnění předmětu zakázky.“

Řada požadovaných technických vlastností není součástí standardního nabídkového textu, proto poskytujeme originální datový list, který je však v anglickém jazyce. Protože jde většinou o číselné údaje a případně pojmy, které se tak jak tak používají anglické, dokonce i v dokumentu zadavatele „Příloha\_č.\_3\_-\_ZD\_-\_TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY\_-\_final\_-\_9.8.2022.docx“ domníváme se, že tím nemůže dojít k omylu.

**1) Dotaz:**

Připouštíte doplnění nabídky o originální datové listy v anglickém jazyce bez překladu do českého

jazyka?

**Inflační doložka**

Zadavatel definuje cenu 8 letého pozáručního servisu v článku VI Servisní smlouvy následovně VI.3 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

**2) Dotaz:**

Vzhledem k současnému turbulentnímu vývoji inflace, a dlouhé době pozáručního servisu přenáší Zadavatel riziko vývoje inflace na Uchazeče, který by musel toto riziko odhadnout a promítnout do ceny pozáručního servisu. Zváží zadavatel promítání inflačních vlivů na ceny příloženým textem inflační doložky, která je už nyní běžnou součástí výběrových řízení a to doplněním článku VI.5? II.4 Zhotovitel je oprávněn max. 1 x ročně, nejdříve však po uplynutí 1. roku účinnosti této smlouvy, požadovat navýšení smluvní ceny za poskytování servisních služeb uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to s ohledem na průměrnou roční míru inflace oficiálně vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Za sledované období se považuje kalendářní rok. Takováto změna ceny musí být učiněna písemnou dohodou obou smluvních stran, která se stane dodatkem k této smlouvě.

**Způsob fakturace**

Zadavatel definuje v článku VII.1 platební a fakturační podmínky následovně:

1. Úhrada ceny (dle čl. VI. odst. 1 věty první této smlouvy) bude prováděna zpětně, a to vždy za

dvanáct měsíců poskytování pozáručního servisu.

### **3) Dotaz:**

Vzhledem k současnému turbulentnímu vývoji inflace vedoucímu k vysokým nákladům financování, a dlouhé době úhrady pozáručního servisu zadavatelem (až s 12 měsíčním odstupem od vzniku nákladů) přenáší Zadavatel náklady financování na Uchazeče, který by musel tyto náklady odhadnout a promítnout do ceny pozáručního servisu. Zváží zadavatel možnost průběžné měsíční fakturace a to úpravou článku VII.1 následovně?

1. Úhrada ceny (dle čl. VI. odst. 1 věty první této smlouvy) bude prováděna zpětně, a to vždy za uplynulý měsíc poskytování pozáručního servisu.

### **4) Specifikace**

Zadavatel definuje v rámci Přílohy Č. 3. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY část stavební připravenosti následovně

**Dále požadujeme v rámci**

#### **dodávky:**

Kompletní RF kabina PVC podlahová krytina, podhled, osvětlení LED Klikněte a uveďte ANO/NE.

Technologický rozvaděč s rozeznáním výpadku přívodu elektrického proudu od nouzového vypnutí a s automatickým obnovením po výpadku

Klikněte a uveďte ANO/NE.

Obklad stěn - omyvatelný, PVC podlahová krytina homogenní včetně vyrovnání podkladu, podhled s LED osvětlením, potrubí nouzového odvětrání, police na cívky, dekorační obrazová tapeta na delší stěně RF kabiny, velkoplošné světelné panely ve stropě RF kabiny s motivem oblohy

Klikněte a uveďte ANO/NE.

Chlazení technologie MR se 100% zálohou, s možností provozu i při velmi nízkých teplotách (podhorská oblast). S možností nouzového provozu na vodu z vodovodního řadu.

Klikněte a uveďte ANO/NE.

Kamerový systém pro dohled nad pacientem během vyšetření a pohled do čekárny pacientů

Klikněte a uveďte ANO/NE.

Komunikační systém ovladovna - vyšetřovna s možností automatického povelování pacienta

Klikněte a uveďte ANO/NE.

**Stavební připravenost pro instalaci MR:**

Veškeré stavební úpravy nutné

k instalaci a uvedení MR do provozu (provedení montážního otvoru pro návoz přístroje MR na venkovní stěně budovy MR (mimo Klikněte a uveďte ANO/NE. nosnou konstrukci, vybudování panelové rampy pro navezení MR a uvedení objektu do původního stavu).

Úprava a doplnění stávající silnoproudé elektroinstalace včetně napájecích kabelů MR z rozvodny NN – Pavilon J (dle podmínek dodávané technologie) Klikněte a uveďte ANO/NE.

Úpravy rozvaděčů a instalace ve všech místnostech zasažených úpravami (dle podmínek dodávané technologie) Klikněte a uveďte ANO/NE.

Dodávka a montáž nového parního vyvíječe/zvlhčovače prostředí

Výkon min. 23,0 kg/h, max. rozměr 500 x 600 x 350 mm (š x v x h)

Klikněte a uveďte ANO/NE.

Výmalba všech místností oddělení MR, v čekárně pacientů doplnění ochrany rohů a stěn.

Klikněte a uveďte ANO/NE.

Časový rozsah úprav: 42 dní (z celkové doby plnění) včetně montáže zařízení.

Klikněte a uveďte ANO/NE.

Zadání je poměrně obecné a mohlo by vést k nedorozumění, co vše má být v jeho rozsahu. Vzhledem k celkovému časovému rozsahu úprav 42 dní (z celkové doby plnění) včetně montáže zařízení vyplývá, že zbývá na stavební úpravy cca.5 dní. Na prohlídce místa plnění zazněly některé nové informace týkající se požadavků na stavební úprav.

Ad 1) **Výmalba** : „Výmalba všech místností oddělení MR, v čekárně pacientů doplnění ochrany rohů a stěn“.

#### **4.1.) Dotaz:**

Rozumíme tomu správně, že se jedná o výmalbu místnosti, které byly zmíněny během prohlídky pracoviště : čekárna, box, box, příjem, ovladač, vyhodnocení, technická místnost? Ochrana stěn se týká pouze čekárny a jejich dvou stěn a 5-ti rohů tamtéž? Mohl by zadavatel označit čísla místností, ve kterých má výmalba proběhnout:

Ad 2) **PVC** : „PVC podlahová krytina homogenní včetně vyrovnání podkladu“.

V technické specifikaci je ale uvedena výměna podlahové krytiny pouze v kabině. To by odpovídalo výše uvedenému 5 dennímu časovému oknu na stavební úpravy. Během prohlídky pracoviště byl zmíněn požadavek na výměnu PVC v následujících místnostech ( čekárna, box, box, příjem, ovladač, vyhodnocení, technická místnost, kabina ), což neodpovídá zamýšlenému časovému harmonogramu.

#### **4.2) Dotaz:**

upřesní zadavatel rozsah „PVC podlahová krytina homogenní včetně vyrovnání podkladu“ pouze na RF kabinu?

Případně zpřesní zadavatel „PVC podlahová krytina homogenní včetně vyrovnání podkladu“ označením čísel místností, výměna proběhnout a prodlouží zadavatel zároveň adekvátně celkový časový rozsah úprav minimálně o 4 dny?

Ad 3) **Ovladovna EAT, AT:** Během prohlídky pracoviště byla zmíněna potřeba : EAT a AT tlačítka včetně kabeláže v místnosti ovladač, stávající řešení neodpovídá současným normám.

#### **4.3 Dotaz:**

Platí požadavek na doplnění EAT a AT tlačítek včetně kabeláže do místnosti ovladač?

Ad 4) **Ovladovna osvětlení:** Umístění Ovladačů osvětlení v kabině a ne před dveřmi kabiny.

#### **4.4 )Dotaz:**

Platí požadavek na umístění ovládání osvětlení kabiny v místnosti ovladovny?

Ad 5) **Vstupní dveře:** Během prohlídky pracoviště byl zmíněn požadavek na výměnu vstupních dveří na oddělení.

#### **4.5 Dotaz:**

Požaduje zadavatel takovou výměnu dveří? Pokud ano, pak prosíme o přesnou specifikaci daných dveří (rozměry, umístění, barva) a zohlednění?

### **Vyjádření zadavatele**

#### **K dotazu č.1**

Ano, zadavatel připouští doplnění nabídky o originální datové listy v anglickém jazyce bez překladu do českého jazyka.

#### **K dotazu č. 2 a 3**

Zadavatel vyhovuje návrhu uchazeče a vydává novou přílohu č. 2 – B ZD Obchodní podmínky ( Návrh servisní smlouvy) a nahrazuje tímto již zveřejněnou přílohu.

Nová příloha č. 2 - B ZD Obchodní podmínky (Návrh servisní smlouvy) je přílohou těchto dodatečných informací

#### **K dotazu č. 4**

##### **4.1) Výmalba**

Jedná se o výmalbu oddělení MR, místnosti určené pro výmalbu jsou barevně vyznačeny v příloženém půdorysu – nová příloha \_Půdorys. Ochrany rohů a stěn budou provedeny v čekárně – místnost číslo 103.

##### **4.2) PVC**

PVC bude vyměněno pouze v RF kabině, v případě poškození PVC v jiných prostorách oddělení MR při montáži MR bude tato vyměněna v rámci uvedení oddělení MR do původního stavu.

##### **4.3) Ovladovna EAT a AT**

Ano zadavatel požaduje doplnění tlačítek EAT s AT včetně kabeláže do místnosti ovladovny (místnost č. 117).

##### **4.4) Ovladovna osvětlení**

Ano ovládání osvětlení kabiny umístit do místnosti ovladovny (místnost č. 117).

#### 4.5) Vstupní dveře

Zadavatel nepožaduje výměnu vstupních dveří v rámci realizace dodávky MR.

Zadavatel upřesňuje následně technický parametr v příloze č. 3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Původní text:

Veškeré stavební úpravy nutné k instalaci a uvedení MR do provozu (provedení montážního otvoru pro návoz přístroje MR na venkovní stěně budovy MR ~~f~~mimo nosnou konstrukci, vybudování panelové rampy pro navezení MR a uvedení objektu do původního stavu).

Vysvětlení:

Zadavatel upřesňuje výše uvedený parametr, při přepisu byla omylem doplněna závorka – viz červeně přeškrtnuto. Správné znění nového textu:

Opravený text:

Veškeré stavební úpravy nutné k instalaci a uvedení MR do provozu (provedení montážního otvoru pro návoz přístroje MR na venkovní stěně budovy MR mimo nosnou konstrukci, vybudování panelové rampy pro navezení MR a uvedení objektu do původního stavu)

#### Lhůta pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu naplnění litery zákona v § 99 ZZVZ a změny přílohy č. 2 – B ZD Obchodní podmínky (Návrh servisní smlouvy) adekvátně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

**Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 1. 12. 2022 do 10:00 hodin**

Nabídka se podává písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje.

Elektronickým nástrojem zadavatele je: [https://msk.ezak.cz/profile\\_display\\_8.html](https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html)

**Otevírání obálek s nabídkami se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 1. 12. 2022 v 10:01 hodin.**

S pozdravem

.....  
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat

Přílohy:

- Nová příloha č. 2 – B ZD Obchodní podmínky (Návrh servisní smlouvy)
- Půdorys oddělení MR