

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„Dodávka 2 ks myček podložních mís“

Zadavatel: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ: CZ00844853

zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci jako hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky, hodnocenou dle nejnižší nabídkové ceny (váha kritéria 100%):

Číslo nabídky	Obchodní název	Sídlo/místo podnikání	IČ účastníka	Nabídková cena bez DPH	Výsledné pořadí
2	MGVIVA a.s.	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6	17321611	270 000,- Kč	2.
3	MIELE, spol. s r.o.	Holandská 879/4, 639 00 Brno	18829503	256 340,- Kč	1.

Na základě shora uvedených skutečností rozhodl zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky, že vybraným účastníkem je společnost **MIELE, spol. s r.o.**

Oznámení zadavatele o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka č. 1 **STERIPAK s.r.o.** se sídlem Poděbradova 849, 664 42 Modřice, IČ: 262 25 484 z účasti v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky malého rozsahu.

Odůvodnění:

Zadavatel v rámci požadovaných technických parametrů stanovil požadavek „*rozměry: výška max. 1750 mm, šířka max. 550 mm, hloubka max. 480 mm*“.

Účastníkem nabízený přístroj má hloubku 500 mm.

V Karvině dne