

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Dodávka optického biometru“

Zadavatel: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem Vydmutchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ: CZ00844853

zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem

Dotaz:

Na základě všech v praxi užívaných modelů oka (Gullstrandovo schématické oko, Emsleyova-Grafova modifikace, Standardní redukované oko a další) i na základě vyjádření odborné lékařské autority viz příloha tvrdíme, že námi nabízený přístroj svým rozsahem měření axiální délky oka i hloubky přední komory oka, pokrývá veškeré hodnoty těchto parametrů naměřitelné u současné populace.

Bude zadavatel akceptovat níže uvedené měřené hodnoty:

- axiální délka oka 14-32 mm
- hloubku přední komory oka 1,9 – 4,8 mm

Odpověď:

Ano, zadavatel výše nabízená řešení bude akceptovat.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to tak, že nově je tato stanovena do 11. 11. 2022 do 8 hod.

V Karvině dne 31. 10. 2022