

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

## Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1 k Veřejné zakázce

**Zadavatel:** Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace  
**Se sídlem:** Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava  
**IČO:** 47813750  
**Zastoupena:** Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

### Veřejná zakázka:

## „Poloautomatický elektroforetický analyzátor pro centrální laboratoře SN v Opavě“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2022/37/analyzátor-CL**  
Číslo zakázky: **P22V00000378**  
(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

### **DOTAZ č. 1**

V návrhu kupní smlouvy, části VI Povinnosti prodávajícího a kupujícího, odstavci 4, navrhuje kupující následující znění smlouvy:

*4. Prodávající se zavazuje provádět pozáruční servis po dobu životnosti přístroje. Cena BTK bude dle zákona č. 89/2021 Sb. ....Kč.*

Prodávající nemůže garantovat fixní hodnotu ceny BTK po celou dobu životnosti přístroje. Konečnou částku pravidelné kontroly určuje několik faktorů (např. ceny náhradních dílů, hodinová sazba technika, cestovné), které jsou ovlivněny aktuální ekonomickou situací. S ohledem na negativní makroekonomickou prognózu a predikci inflace navrhuje úpravu znění kupní smlouvy.

Bude zadavatel akceptovat nabídku, jejíž součástí bude návrh kupní smlouvy, kde v části VI. Povinnosti prodávajícího a kupujícího, bodě 4, bude následující znění smlouvy:

**4. "Prodávající se zavazuje provádět pozáruční servis po dobu životnosti přístroje. *Cena BTK dle zákona č. 89/2021 Sb. bude stanovena na základě aktuálního platného ceníku prodávajícího.***

### **ODPOVĚď č. 1**

**ANO, zadavatel akceptuje navrhovanou změnu.**

### **DOTAZ č. 2**

V návrhu kupní smlouvy, části X Záruka za jakost, práva z vadného plnění, odstavci 12 navrhuje kupující následující znění smlouvy:

*12. Prodávající nastoupí na opravu nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení závady. V případě, že závadu nelze odstranit na místě, sdělí prodávající kupujícímu termín odstranění závady, který*

*nesmí být delší než 6 pracovních dnů od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.*

Vyšetření prováděná požadovaným analyzátozem nejsou v klinických laboratořích nadřazena jiným vyšetřením a běžně nejsou prováděna v režimu STATIM. Vzorky pro analýzu jsou většinou shromažďovány a testovány několikrát týdně. Vzhledem k těmto okolnostem nám nástup na opravu do 2 pracovních dnů od nahlášení závady nepřijde adekvátní.

Bude zadavatel akceptovat nabídku, jejíž součástí bude návrh kupní smlouvy, kde v části X Záruka za jakost, práva z vadného plnění, odstavci 12 bude následující znění

*12. Prodávající nastoupí na opravu nejpozději **do 3 pracovních dnů** od nahlášení závady. V případě, že závadu nelze odstranit na místě, sdělí prodávající kupujícímu termín odstranění závady, který nesmí být delší než 6 pracovních dnů od oznámení této vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.*

## **ODPOVĚĎ č. 2**

**ANO, zadavatel akceptuje navrhovanou změnu.**

Zadavatel současně zveřejňuje na svém profilu upravenou Přílohu č. 2 – Návrh Kupní smlouvy.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

PŮVODNÍ LHŮTA: 11.11.2022 09:00 hod.

**NOVÁ LHŮTA: 18. 11. 2022 09:00 hod.**

V Opavě

---

Ing. Karel Siebert, MBA  
ředitel