

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

## VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

### „Dodávka teploměrů včetně kalibrace“

**Zadavatel:** Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ: CZ00844853

zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem

**Dotaz:**

Dobrý den,

u položky teploměry s vlhkoměrem požadujete kalibraci vlhkosti při 20% u druhého při 10%.

v případě, že má přístroj požadovaný rozsah 20%-99% (10%-99% druhý) nemůže být provedena kalibrace v mezních hodnotách (mohlo by se stát, že přístroj nepůjde v těchto bodech kalibrovat).

Proto se chci zeptat zda by mohla být kalibrace provedena u 69ks vlhkoměrů v bodech 25% a 80% a u 105ks vlhkoměrů v bodech 15% a 80%.

**Odpověď:**

Ano, výše nabízené řešení zadavatel bude akceptovat.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to tak, že tato je nově stanovena do 2. 12. 2022 do 8 hod.

V Karviné dne 24. 11. 2022