



Třinec, 12. 12. 2022

## **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1**

**Název VZ:** Dodávka injekčních stříkaček a jehel

**Číslo VZ:** TRI/Buj/2022/37/stříkačky (v systému EZAK číslo P22V00000459)

**Druh VZ:** veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádosti o **vysvětlení zadávacích podmínek** následujícího znění:

**Dotaz:**

*„Zasíláme vám žádost o vysvětlení pro část 2 VZ Inzulínové stříkačky s jehlou trojdílné, zadavatel v příloze č. 5 TS požaduje:*

- bez PVC, sterilní, jednorázové použití*

*Dotaz:*

*Trvá zadavatel u inzulínových stříkaček na bezlatexovém provedení, nebo bude akceptovat těsnění pístu z přírodního latexu?“*

**Odpověď:**

Po konzultaci s odborným zdravotnickým personálem zadavatel rozhodl, že **akceptuje** těsnění pístu z přírodního latexu.

**Ing. Lucie Bujáková v. r.**

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace