



NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

AKREDITOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Třinec, 12. 12. 2022

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2

Název VZ: Dodávka injekčních stříkaček a jehel

Číslo VZ: TRI/Buj/2022/37/stříkačky (v systému EZAK číslo P22V00000459)

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádosti o **vysvětlení zadávacích podmínek** následujícího znění:

Dotaz:

Dobrý den, mám dotaz k části zakázky číslo 2. část - Inzulínové stříkačky s jehlou trojdílné. Bude zadavatel akceptovat tyto rozměry inzulínových stříkaček?

Inzulín. stříkačka U100, 1 ml, G30, 0,3 x 12,7 mm

Inzulín. stříkačka U100, 0,5 ml, G30, 0,3 x 8 mm

Odpověď:

- Inzulín. stříkačka U100, 1 ml, G30, 0,3 x 12,7 mm – daný rozměr zadavatel **akceptuje**,
- Inzulín. stříkačka U100, 0,5 ml, G30, 0,3 x 8 mm – daný rozměr neodpovídá požadavkům zadavatele, jehla je příliš krátká, zvláště u silnějších pacientů by její délka nemusela postačovat. Proto nabídku stříkačky s těmito parametry zadavatel **neakceptuje**.

Ing. Lucie Bujáková v. r.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace