



Třinec, 14. 12. 2022

### **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 3**

**Název VZ:** Dodávka injekčních stříkaček a jehel

**Číslo VZ:** TRI/Buj/2022/37/stříkačky (v systému EZAK číslo P22V00000459)

**Druh VZ:** veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádosti o **vysvětlení zadávacích podmínek** následujícího znění:

**Dotaz:**

*Dotaz k části zakázky číslo 05./III - stříkačka výplachová pro katetr 150ml s luer adaptérem.  
Trvá zadavatel na adaptéru pro 150 ml stříkačku?*

**Odpověď:**

Zadavatel se omlouvá za chybu v Zadávací dokumentaci a Příloze č. 4 - Ceník. Požadavek na luer adaptér u 150ml stříkačky vznikl nedopatřením. Zadavatel **nepožaduje v případě výplachových stříkaček luer adaptér.**

S ohledem na tuto skutečnost se v Zadávací dokumentaci a v Příloze č. 4 – Ceník u položky 05.III vypouští poznámka „s luer adapt.“

Děkujeme za pochopení.

**Ing. Lucie Bujáková v. r.**  
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace