

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 3 k Veřejné zakázce

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Operační sety a pláště pro COS SN v Opavě“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2022/45/op.sety a pláště-COS**
Číslo zakázky: **P22V00000458**
(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1

V ZD v technické specifikaci jsou v některých setech požadovány 3 vrstvé roušky. Nikde není uvedena přesná specifikace materiálu, z kterého mají tyto roušky být vyrobeny a není uvedena savost materiálu a další kritéria.

Žádost: Může zadavatel přesně specifikovat požadavky materiál, z kterého mají být vyrobeny 3 vrstvé roušky?

ODPOVĚď č. 1

Technické parametry jsou zadány v ZD, ale pokud potřebujete více specifikovat: 3-vrstvá rouška je z 2x savé netkané textilie, a 1x vrstva z nepropustná PE folie.

DOTAZ č. 2

V ZD v technické specifikaci není uvedena tolerance u rozměrů roušek.

Žádost: Může zadavatel sdělit, zda u rozměrů roušek může stanovit rozměrovou toleranci?

ODPOVĚď č. 2

Tolerance záleží na daném setu a typu roušky, musíte uvést o jaký rozměr se jedná.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel