

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 3 k Veřejné zakázce

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČO: 47813750

Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávky staplerů pro COS SN v Opavě“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2023/08/staplery-COS**

Číslo zakázky: **P23V00000028**

(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1

1. k části 2 Endoskopický lineární stapler s otočnou hlavicí – Zadavatel požaduje délku stapleru 45mm a 60mm. Bude zadavatel akceptovat dodání vzorku pouze jedné z délek vzorku (jím vybranou) za předpokladu, že požaduje výšku svorek na vaskulární tkáň u obou variant (45mm a 60mm)? Domníváme se, že pro vyzkoušení je jedna délka vzorku pro zadavatele dostačující přitom náklady na každý požadovaný vzorek jsou vysoké (a to i vzhledem k tomu, že dle legislativy je možné zásobníky objednávat pouze po balení, nikoli po kuse).

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel trvá na zaslání vzorků obou variant endoskopických lineárních staplerů s otočnou hlavicí.

DOTAZ č. 2

2. V čl. 4 Výzvy k podání nabídky uvádí požadavek na dodání předmětu zakázky nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky. Termín požadovaného dodání jsme však nenašli v návrhu Kupní smlouvy. Prosíme o jeho doplnění, aby bylo zřejmé, k jaké lhůtě se vztahuje smluvní pokuta.

ODPOVĚď č. 2

Zadavatel již zveřejnil v Zadávací dokumentaci opravenou Přílohu č. 2 – doplněný Návrh kupní smlouvy v části VIII. Sankce v bodu 1. o chybějící informaci.

Zadavatel zároveň zveřejňuje opravenou Výzvu k podání nabídky v části 12. Vzorky – zařčuceno.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel