



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Modernizace Nemocnice Třinec – III. etapa
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html
Identifikace projektu:	„Modernizace nemocnice Třinec“, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016357

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 3. 3. 2023 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 2.1:

Dobrý den,

v části 1. zadavatel požaduje dotykový displej na primární cloně.

bude zadavatel akceptovat přístroj bez tohoto displeje?

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



K dotazu č. 2.1 zadavatel uvádí následující:

Ano, zadavatel v části 1. (pojízdný RTG) bude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 2.2:

v části 2. C rameno zadavatel požaduje volný prostor mezi zesilovačem obrazu(i když požaduje flat panel) a rentgenkou min. 800 mm - bude zadavatel akceptovat parametr 770 mm?

dále požaduje min. 150 000 snímků v paměti přístroje - bude zadavatel akceptovat 140 000 snímků?

u zobrazující stanice požaduje u monitorů kontrast 900:1 - bude zadavatel akceptovat parametr 700:1?

dále požaduje motorizovaný posun sloupu monitorů - bude zadavatel akceptovat vyvážený posun bez motorizace ?

K dotazu č. 2.2 zadavatel uvádí následující:

Ano, zadavatel v části 2. (C-rameno) bude akceptovat parametr 770 mm.

Ano, zadavatel bude akceptovat 140 000 snímků.

Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru - kontrast 900:1.

Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru – motorizovaný posun sloupu monitorů. Tento požadavek je důležitý pro jednoduché nastavení výšky monitorů před vlastními operačními výkony a případné úpravy v jejich průběhu.

Dotaz č. 3:

Vážení obchodní partneři,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, si Vás dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce pro část 3 - CT:²

- i. Při prohlídce místa plnění byl zjištěn na pracovišti CT intervenční monitor na pojízdném stolku. Požaduje zadavatel jeho zachování případně umístění nového intervenčního monitoru na stropní stativ?
- ii. Ve vyšetřovně jsou požadována světla na jeden nebo dva okruhy?
- iii. Jsou požadovány stmívače?
- iv. V ovladovně jsou požadována světla na jeden nebo dva okruhy?
- v. Jsou požadovány stmívače?
- vi. Je požadováno osvětlení v nově budované kabině pro pacienta?
- vii. Odkud může být vedeno napájení posuvných dveří v přípravně?
- viii. Mají být posuvné dveře vybaveny systémem nouzového otevírání?
- ix. Posuvné dveře jsou v kolizi se stávající elektroinstalací. Má se elektroinstalace zrušit nebo přeložit? V případě přeložení kam?
- x. Nové elektrostatické lino má být položeno ve všech prostorách CT (ovladovna, vyšetřovna, kabina, přípravná, technická místnost)?
- xi. Je součástí dodávky dřez v přípravně, jaké jsou případně jeho rozměry?

² Zadavatel pro přehlednost jednotlivých dotazů zvolil odkazy v bodech i. až xiv.

- xii. V přípravně je dle PD projektován v místech rušené kabiny stropní podhled z SDK, zbytek přípravny má kazetový podhled. Mají být tedy v přípravně kombinovány dva typy podhledů?
- xiii. V rámci stavebních úprav dotčených prostor je požadováno zřízení nových nebo přesun stávajících zásuvek a vypínačů?
- xiv. Pro lepší průjezd lůžka z přípravny do vyšetřovny doporučujeme změnu umístění gantry CT ve vyšetřovně. Může zadavatel zvážit změnu umístění gantry podle přiloženého nákresu?

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

- i. Zadavatel požaduje umístění monitoru na stropní závěs s polohovatelným nosičem.
(Mimo nosič monitoru je příslušenstvím CT automatický dvouhlavý tlakový injektor pro podávání kontrastní látky a fyziologického roztoku umístěný na samostatném stativu.)
- ii. Světla jsou požadována na stávající dva okruhy.
- iii. Ano stmívače jsou požadovány.
- iv. Světla jsou požadována na stávající dva okruhy.
- v. Ano stmívače jsou požadovány.
- vi. Ano, je požadováno svítidlo s pohybovým čidlem.
- vii. Napojení posuvných dveří v přípravně může být vedeno z nejbližšího objektového rozvaděče, RS01 (umístěného v prostoru chirurgických ambulancí).
- viii. Ano, posuvné dveře s funkcí pro nouzové otevření.
- ix. Elektroinstalace se má přeložit. Napravo od původního umístění, do místa zazdívky stávajících dveří.
- x. Ano, stejné do všech prostor s možností výběru z více barevných odstínů.
- xi. Dřez v přípravně není součástí dodávky.
- xii. Ne, nemají být kombinovány, jedná se o doplnění podhledu jednotně, tedy kazetový podhled.
- xiii. Jedná se o instalaci nových zásuvek, ve stávajícím rozsahu, v novém umístění.
- xiv. Zadavatel souhlasí s navrženým umístěním gantry CT dle přiloženého výkresu.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohy zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 3.1 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 1
- Příloha č. 3.2 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 2

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z těchto nebo použít tyto aktualizované přílohy. Nepoužití těchto aktualizovaných příloh může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník může být vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazuje zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do **12. 4. 2023, 10:00 hodin.**

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 3.1 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 1
- Příloha č. 3.2 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 2

V Brně dne 8. 3. 2023

Za zadavatele – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci