



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Modernizace Nemocnice Třinec – III. etapa
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html
Identifikace projektu:	„Modernizace nemocnice Třinec“, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016357

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Zadavatel se v zájmu předcházení případným nejasnostem ohledně výkladu zadávacích podmínek rozhodl upřesnit odpověď, kterou uvedl v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 8. 3. 2023:

V rámci dotazu č. 3 bod i.:

Při prohlídce místa plnění byl zjištěn na pracovišti CT intervenční monitor na pojízdném stolku. Požaduje zadavatel jeho zachování případně umístění nového intervenčního monitoru na stropní stativ?

Zadavatel v odpovědi původně uvedl:

Zadavatel požaduje umístění monitoru na stropní závěs s polohovatelným nosičem.

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

(Mimo nosič monitoru je příslušenstvím CT automatický dvouhlavý tlakový injektor pro podávání kontrastní látky a fyziologického roztoku umístěný na samostatném stativu.)

Zadavatel nyní odpověď upřesňuje takto:

Monitor i tlakový injektor pro podávání kontrastní látky včetně příslušenství budou umístěny na stejném (jednom) stropním závěsu.

V rámci dotazu č. 3 bod xiv.:

Pro lepší průjezd lůžka z přípravný do vyšetřovny doporučujeme změnu umístění gantry CT ve vyšetřovně. Může zadavatel zvážit změnu umístění gantry podle přiloženého nákresu?

Zadavatel v odpovědi původně uvedl:

Zadavatel souhlasí s navrženým umístěním gantry CT dle přiloženého výkresu.

Zadavatel nyní odpověď upřesňuje takto:

Zadavatel doplňuje zmiňovaný anonymizovaný nákres tazatele.

II.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazuje zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do **18. 4. 2023, 10:00 hodin.**

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Anonymizovaný nákres tazatele

V Brně dne 14. 3. 2023

Za zadavatele – Nemocnice Třinec, příspěvková organizace:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci