



Třinec, 11. 4. 2023

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ: Výpůjčka hematologického analyzátoru pro vyšetření krevních obrazů dárců krve včetně dodávky reagensů

Číslo VZ: TRI/Buj/2023/08/hematologický analyzátor (v systému EZAK číslo P23V00000044)

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel zprávu následujícího znění:

Zadavatel v Zadávací dokumentaci v oddíle 4 – Technická specifikace mimo jiné uvedl požadavek:

- *Oboustranná komunikace analyzátoru s LIS a IS HTO (připojení do stávajícího systému LIS a IS HTO zahrnuto v nabídkové ceně. Protokoly pro oboustranné napojení komunikace k dispozici)*

Námi nabízený analyzátor má jednosměrnou komunikaci s LIS. Domníváme se, že zadavatel požaduje obousměrnou komunikaci s LIS pro tisk / přenos hodnot na protokol jako KO + Diff nebo KO bez Diff. Toto zobrazení umožňuje zadání kódu / nastavení v IS HTO a není potřeba obousměrné komunikace s LIS.

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat analyzátor s jednosměrnou komunikací s LIS, když uživatelsky splní požadavek laboratoře na zobrazování hodnot na protokolu KO + Diff nebo KO bez Diff?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat analyzátor s jednosměrnou komunikací s LIS, když uživatelsky splní požadavek laboratoře na zobrazování hodnot na protokolu DO + Diff nebo KO bez Diff.

Termín podání nabídky prostřednictvím systému EZAK, se tímto nemění.

Ing. Lucie Bujáková v. r.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace