



Třinec, 13. 4. 2023

## **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2**

**Název VZ:** Výpůjčka hematologického analyzátoru pro vyšetření krevních obrazů dárců krve včetně dodávky reagensů

**Číslo VZ:** TRI/Buj/2023/08/hematologický analyzátor (v systému EZAK číslo P23V00000044)

**Druh VZ:** veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

### **Zadavatel obdržel zprávu následujícího znění:**

Zadavatel požaduje uvést cenu za 1 kompletní vyšetření – cena za test včetně jednotlivých položek za veškerý odběrový a spotřební materiál potřebný pro provoz (kalibrátory, kontroly, provozní i čistící roztoky stanovené výrobcem), včetně všech nákladů spojených s provozem analyzátoru.

Dotaz: Požaduje zadavatel každodenní měření kontrol na třech hladinách (nízká, normální, vysoká)?

### **Odpověď:**

Zadavatel nepožaduje každodenní měření kontrol na třech hladinách (nízká, normální, vysoká). Měření na třech hladinách se provádí kvartálně.

Termín podání nabídky prostřednictvím systému EZAK, se tímto nemění.

**Ing. Lucie Bujáková v. r.**  
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace