



Třinec, 5. 5. 2023

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ: Inkubátor pro intenzivní péči včetně zajištění pozáručního servisu
Číslo VZ: TRI/Buj/2023/13/inkubátor (v systému EZAK číslo P23V00000126)
Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje: Velké boční vstupy, výklopné víko – maximální možný prostor pro přístup k novorozenci. Bude Zadavatel akceptovat inovovanou technologii otevírání víka hydraulicky? Jedná se o technologii, kdy pomocí hydraulického ovládání při zvednutí krytu automaticky dojde k přepnutí na režim vyhřívání lůžka a při uzavření krytu dojde automaticky k přepnutí na režim inkubátor.

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje: Panel ovládání – možnost volby umístění na levé nebo pravé straně. Bude Zadavatel akceptovat ovládací panel umístěný centrálně s možností přístupu a ovládání z obou stran?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.



NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace
Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

AKREDITOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Ing. Lucie Bujáková v. r.
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace