

Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Slezská nemocnice v Opavě vypisuje v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Chirurgický šicí materiál“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2023/16/šicí materiál**

Číslo zakázky: **P23V000000135**

(dále také „VZ“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:	Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Adresa zadavatele:	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO zadavatele:	47813750
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Věra Halfarová, referent majetkové správy
Telefon:	+ 420 553 766 187
E-mail:	vera.halfarova@snopava.cz
www:	www.snopava.cz

2. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

Předmět: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky chirurgického šicího materiálu (kód CPV 33141125-2) na základě aktuálních potřeb zadavatele a jeho jednotlivých objednávek po dobu jednoho roku.

Předpokládaný rozsah a podrobná specifikace minimálně požadovaných vlastností zboží je uvedena v Příloze č. 6 této zadávací dokumentace (Cenová nabídka).

Veřejná zakázka malého rozsahu: Zadavatel ve smyslu ustanovení §31 Zákona o zadávání veřejných zakázek nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Hovoří-li se tedy dále v této výzvě o „zadávacím řízení“, nerozumí se jím žádný z druhů zadávacího řízení uvedeného v ustanovení §3 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Specifikace předmětu veřejné zakázky:

- Nevstřebatelný syntetický monofilní polyamid
- Nevstřebatelný syntetický monofilní polypropylen
- Nevstřebatelný syntetický pletený polyfilní polyester
- Dlouhodobě vstřebatelný, syntetický monofilní, bez potahu
- Střednědobě vstřebatelný, syntetický monofilní, bez potahu
- Střednědobě vstřebatelný, pletený, syntetický polyfilní, potahovaný návlek s jehlou
- Střednědobě vstřebatelný, pletený, syntetický polyfilní, potahovaný bezjehlový návlek
- Rychle vstřebatelný, syntetický, pletený, potahovaný návlek s jehlou

Vlákna musí splňovat následující podmínky:

- Zdravotní nezávadnost
- Vlákna se nesmí třepit
- Vlákna se nesmí kroutit
- Vlákna musí být pevná
- Vlákna se nesmí trhat
- Uzly se nesmí rozvazovat
- U vstřebatelných vláken je požadovaná minimální reakce tkáně

Traumatické návleky musí splňovat následující podmínky:

- Zdravotní nezávadnost
- Pevnost jehly, nesmí praskat
- Hladký průchod tkání
- Pevné připojení vlákna k jehle – minimální poškození tkáně
- Vlákna se nesmí třepit
- Vlákna se nesmí kroutit
- Vlákna musí být pevná
- Vlákna se nesmí trhat
- Uzly se nesmí rozvazovat
- U vstřebatelných vláken je požadována minimální reakce tkáně

Další podmínky:

- dodávky budou realizovány na základě jednotlivých objednávek zadavatele;
- dodací lhůta činí maximálně 5 dnů od data objednání;
- doba použitelnosti zboží (exspirace) při převzetí musí být minimálně 2 roky.

Zadavatel si, na základě skutečného počtu a skladby svých pacientů v horizontu plnění předmětu veřejné zakázky, vyhrazuje právo neodebrat, či naopak překročit předpokládanou spotřebu. Plnění bude realizováno na základě jednotlivých měsíčních objednávek (popř. dle potřeby).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.500.000,00 Kč bez DPH.

4. DODACÍ PODMÍNKY – MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místo plnění: Zadavatel k tomuto svému požadavku upřesňuje, že za účelem zefektivnění dodávek spotřebního zdravotnického materiálu, omezení chybovosti těchto dodávek, zajištění konsolidace a kompletace tohoto materiálu v centrálním konsignačním skladu zadavatele a konečně taktéž za účelem hladké distribuce tohoto materiálu na jednotlivá pracoviště a stanice zadavatele zavedl logistický systém vedení správy zásob spotřebního zdravotnického materiálu ve výše uvedeném centrálním konsignačním skladu, do něhož vstupují jednotliví dodavatelé se svým spotřebním zdravotnickým materiálem. Požadavek zadavatele na dodávky materiálu do výše uvedeného místa plnění je tak opodstatněn výše uvedeným záměrem zadavatele distribuovat spotřební zdravotnický materiál z tohoto jednoho centrálního distribučního uzlu.

Doba plnění je stanovena na 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy. Termín zahájení plnění VZ je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním smlouvy s vybraným dodavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Účastník ZŘ předloží návrh smlouvy (Příloha č. 2) doplněný na místech určených zadavatelem (zažluceno). Návrh smlouvy musí respektovat požadavky zde uvedené, přičemž se od stanovených obchodních podmínek nelze odchýlit v neprospěch zadavatele.

Zjištěné nejasnosti v návrhu smlouvy má účastník ZŘ možnost si upřesnit v průběhu lhůty pro podávání nabídek. Připomínky po lhůtě pro podávání nabídek nebudou akceptovány.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Katalogové informace, popisy, produktové listy není nutné předkládat v úředním překladu, připouští se jazyk anglický.

Nabídka bude obsahovat sdělení, zda zhotovitel je nebo není plátcem DPH (Příloha č. 1 Krycí list).

Dodavatel dále ve své nabídce s ohledem na § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve **znění pozdějších předpisů, prohlásí, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář** uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), **nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.** Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů je Přílohou č. 3 zadávací dokumentace (vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti a ke střetu zájmů).

Zadavatel požaduje od účastníků předložit kompletní návrh smlouvy včetně příloh ve strojově čitelném formátu (*.doc nebo *.docx, pro textové dokumenty, *.xls nebo *.ods pro tabulky). Návrh smlouvy nemusí být opatřen podpisem.

Veškeré ostatní doklady a dokumenty (včetně úředních dokladů) doporučuje zadavatel účastníkům předložit ideálně ve formátu *.pdf. Případně též jako jednotlivé dokumenty ve formátu *.pdf, *.jpg, *.doc nebo *.docx, pro textové dokumenty, *.xls nebo *.xlsx pro tabulky. Zadavatel doporučuje, aby v elektronické formě nabídky bylo umožněno textové vyhledávání (vyjma úředních dokladů či jejich kopií).

Zadavatel doporučuje účastníkům, aby si před podáním nabídky zkontrolovali, zda zapracovali do nabídky všechny dodatečné informace, uveřejněné na profilu zadavatele.

Podáním nabídky účastník ZŘ stvrzuje, že akceptuje zadavatelem stanovené zadávací, obchodní i platební podmínky, včetně všech ostatních požadavků zadavatele obsažených v této Výzvě a jejích přílohách (zadávacích podmínkách). Zároveň tímto dále stvrzuje, že jím nabídnuté plnění splňuje v plném rozsahu zadavatelem požadované minimální technické podmínky vztahující se k předmětu této veřejné zakázky.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Celková nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a konečná.

Účastník ZŘ je povinen do celkové nabídkové ceny zahrnout všechny případné náklady a další výdaje, které mu při realizaci podle této VZ vzniknou nebo mohou vzniknout.

Účastník předloží nabídkovou cenu za předpokládanou spotřebu (Příloha č. 1 - Krycí list).

Nabídková cena zde bude uvedena v členění:

- **cena položky bez DPH**
- **výše DPH (% a Kč)**
- **cena položky včetně DPH**

Nabídková cena bude uvedena v české měně a ve struktuře uvedené na krycím listu a v návrhu smlouvy a bude závazná po celou dobu trvání smlouvy.

7. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v závislosti na změnách právních předpisů upravujících zákonné poplatky, daně či jiné cenové úpravy.

8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM A HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení nabídek bude prováděno podle kritéria ekonomické výhodnosti a kvalitativních vlastností bodovací metodou, v souladu s níže uvedenými dílčími kritérii hodnocení seřazeným v sestupném pořadí podle jejich významu.

	Hodnotící kritérium	Váha kritéria
1.	Výše nabídkové ceny vč. DPH	60%
2.	Kvalita a funkčnost nabízeného zboží	40%

Kritérium 1. Nabídková cena

Předmětem hodnocení bude cena celkem včetně DPH uvedená v Krycím listu, stanovená součtem cen za množství uvedené v Příloze č. 6 této ZD s předpokládaným odebraným množstvím za 12 měsíců“.

Kritérium 2. Kvalita a funkčnost

V rámci dílčího kritéria hodnocení „Kvalita a funkčnost“ bude hodnoceno subjektivní posouzení při běžném používání požadovaného zboží na základě účastníkem výběrového řízení předložených vzorků. Vzorek dodavatelé předkládají s vědomím, že musí kvalitou, technickými vlastnostmi, a jakostí a zpracováním odpovídat zboží, které bude dodavatel poskytovat na základě smlouvy.

Způsob hodnocení nabídek

Kritérium 1. Nabídková cena

Nabídková cena bude hodnocena jako číselně vyjádřitelné kritérium způsobem, kdy hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 60 a poměrem hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Nejnižší cenová nabídka vč. DPH

----- x váha kritéria 60

Hodnocená celková cena vč. DPH

Kritérium 2. Kvalita a funkčnost

Vyhovuje: 1 bod, Nevyhovuje: 0 bodů.

Technické požadavky pro posouzení vzorků

Balení	snadný a bezpečný přístup
	označení balení - velikost a tvar jehly, materiál, síla a délka vlákna
	jehla viditelná, zabezpečená proti pohybu, dostupná po otevření obalu
	jednokrokové otevření obalu, tzv. peel efekt
Vlákno	nesmí prořezat tkáň
	nesmí se trhat v tahu
	při průchodu tkání musí být celistvé, hladké, bez třepení
	požadovaná délka je minimálně přípustná
	nesmí se kroutit, musí mít tzv. minimální tvarovou paměť
	pevné ukotvení v jehle, nepřesahuje šířku jehly
Uzlení	uzel nejvíce známky rozvazování nebo povolení po třetím uzlu
	snadné vedení uzlu po vlákně bez záseků
Jehla	odolnost proti zlomení při ohybu
	povolená odchylka k požadované délce jehly je +/- 10%
	snadná manipulace při uchopení jehly
	plynulý průnik tkání i po 20 vpichu
	stabilita v jehelci bez deformace a protáčení

Nabídky získají za dané kritérium bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 40 (váha kritéria) a poměru bodové hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky, dle vzorce:

Počet bodů hodnocené nabídky

----- x váha kritéria 40

Nabídka s nejvyšším počtem bodů

Celkové hodnocení bude provedeno součtem výsledných hodnot za obě kritéria a tím se získá konečný počet bodů. Na základě konečného počtu bodů jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí účastníků (nejúspěšnější bude nabídka s nevyšší hodnotou).

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného dodavatele.

9. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

a, základní způsobilost

Účastník ZŘ předloží:

- Čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti – dle Přílohy č. 3.

b, profesní způsobilost

Účastník ZŘ předloží:

- Prostou kopii Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán, ne starší než 3 měsíce přede dnem zahájení ZŘ. Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii dokumentu, z něhož bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČ apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky dle bodu 3. výzvy, zejména doklad prokazující

příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).

Účastník ZŘ je oprávněn k prokázání základní a profesní způsobilosti předložit **Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, pokud je v něm zapsán, ne však starším než 3 měsíce přede dnem zahájení ZŘ.

c. technická kvalifikace

Účastník ZŘ předloží:

- Popis a fotografie nebo prospekt nabízeného zboží v českém jazyce a vzorky k ověření a hodnocení požadovaných technických údajů a parametrů.
- Seznam minimálně 3 významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, jejich předmětem plnění byly dodávky shodného či obdobného typu jednomu objednateli na 1 rok, přičemž minimální finanční objem každé realizované zakázky za 1 rok je stanoven na minimální částku 700 tisíc Kč bez DPH. Požadované údaje vyplní účastník do Přílohy č. 4 – Seznam významných dodávek.

10. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK – LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka účastníka ZŘ bude podána pouze a jedině prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na internetové adrese:

https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html **ve lhůtách** uvedených tamtéž.

Podrobné instrukce k el. nástroji E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele pod odkazem: <https://msk.ezak.cz/manual.html>

11. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na **90 dnů**.

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům ZŘ, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem ZŘ, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení a jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

12. VZORKY

Zadavatel požaduje dodání vzorků:

VZOREK Č. 1

Nevstřebatelný syntetický monofilní polyamid

Položka	Průměr vlákna USP	Počet vláken v balení	Min. délka návleku v cm	Typ jehly	Délka jehly v mm	Zakřivení jehly	Profil jehly	Vzorek - ks návleků
8	4/0	1	45	DS	19	3/8 kruhu	Celořezná	minimálně 5

VZOREK Č. 2

Nevstřebatelný syntetický pletený polyfilní polyester

Položka	Průměr vlákna USP	Počet vláken v balení	Min. délka návleku v cm	Typ jehly	Délka jehly v mm	Zakřivení jehly	Profil jehly	Vzorek - ks návleků
3	0	1	250	x	x	x	X	minimálně 5

VZOREK Č. 3

Středně vstřebatelný, pletený, syntetický polyfilní, potahovaný návlek s jehlou

Položka	Průměr vlákna USP	Počet vláken v balení	Min. délka návleku v cm	Typ jehly	Délka jehly v mm	Zakřivení jehly	Profil jehly	Vzorek - ks návleků
8	2/0	1	70	HR	30	1/2 kruhového	Kulaté tělo	minimálně 5

VZOREK Č. 4

Středně vstřebatelný, pletený, syntetický polyfilní, potahovaný bezjehlový návlek

Položka	Průměr vlákna USP	Počet vláken v balení	Min. délka návleku v cm	Typ jehly	Délka jehly v mm	Zakřivení jehly	Profil jehly	Vzorek - ks návleků
8	2/0	6	45	x	x	x	Bezjehlový návlek	minimálně 5

VZOREK Č. 5

Rychle vstřebatelný, syntetický, pletený, potahovaný návlek s jehlou

Položka	Průměr vlákna USP	Počet vláken v balení	Min. délka návleku v cm	Typ jehly	Délka jehly v mm	Zakřivení jehly	Profil jehly	Vzorek - ks návleků
5	0	1	90	HRs	40	1/2 kruhového	Kulaté tělo	minimálně 5

Dodavatel je povinen předložit zadavateli vzorky **nejpozději 1 pracovní den před koncem lhůty pro podání nabídek**.

Vzorky budou předávány v pavilonu V - COS na adrese: Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, kontaktní osoba: **Bc. Iveta Migašová**, tel.: 553 766 575, mobil: 602 124 412 a to v pracovních dnech od 8:00 – do 14:00 hod.

Dopravu vzorků na určené místo si zajistí dodavatel. Na vzorku musí být uvedeno: **„Vzorky“, VZ-OPA/Hal/2023/16/šicí materiál, název a IČO firmy, která vzorek předkládá.**

V případě, že dodané vzorky nebudou odpovídat požadovaným parametrům zadavatele, bude nabídka účastníka hodnotící komisí ze soutěže vyřazena.

13. VYSVĚTLENÍ ZMĚNY / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Každý účastník ZŘ je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena **nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Na žádosti doručené po uvedené lhůtě nemusí zadavatel odpovídat. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí elektronického nástroje vytvořen prostředek pro žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek i jejich vypořádání zadavatelem. Tato forma komunikace umožní nejrychlejší a nejjednodušší zpracování případných dotazů i jejich doručení k účastníkům ZŘ. Odpovědi na žádosti o vysvětlení budou zveřejňovány prostřednictvím el. nástroje E-ZAK, nikoli zasílány jednotlivě účastníkům ZŘ.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům ZŘ zejména na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK (je nezbytné pro ni zachovat přístup po celou dobu realizace veřejné zakázky) a to prostřednictvím el. nástroje E-ZAK.

14. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zadavatel požaduje doložit:

Seznam poddodavatelů – V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), požaduje zadavatel uvést v nabídce (v příloze návrhu smlouvy), jaká část veřejné zakázky bude prováděna třetí osobou (poddodavatelem) a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, tzn. název, sídlo, IČ, tel.) – Příloha č. 5. Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou činnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele. V případě, že účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude veřejnou zakázku realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- veřejnou zakázku kdykoliv zrušit bez udání důvodů,
- neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků,
- kdykoliv v průběhu zadávacího řízení změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací podmínky,
- vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,
- vyloučit takového účastníka zadávacího řízení, který se dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů,
- vyloučit účastníka pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Zadavatel nehradí účastníkům ZŘ náklady vzniklé z účasti v řízení.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

Ze zadávacího řízení budou vyloučeny všechny nabídky, které:

- budou obsahově nekompletní,
- nesplní některý požadavek soutěže,
- budou obsahovat nepravdivý údaj.

Hodnotící komise může v případě nejasností požádat účastníka ZŘ o písemné vysvětlení nabídky a o doplnění chybějících dokladů.

16. SEZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ

- a) Krycí list – cenová nabídka s uvedením skutečnosti, zda účastník ZŘ je nebo není plátcem DPH – (Příloha č. 1)
- b) Návrh kupní smlouvy – (Příloha č. 2) ve strojově čitelném formátu .doc. nebo *.docx.
- c) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a ke střetu zájmů – (Příloha č. 3)
- d) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či jiné obdobné evidence
- e) Doklad o oprávnění k podnikání
- f) Seznam významných dodávek (Příloha č. 4)
- g) Fotografie nebo prospekt nabízeného zboží, vč. technických parametrů
- h) Seznam poddodavatelů - je-li to relevantní (Příloha č. 5)

- i) Doklad o registraci výrobků na SÚKL

17. PŘÍLOHY (Zadávací dokumentace)

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a ke střetu zájmů

Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek

Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6 – Cenová nabídka

V Opavě, dne

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel