

**Nemocnice Havířov, příspěvková organizace**

Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896

**Akreditovaná nemocnice**

Výzva k podání nabídek

**OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

(dále jen „Oznámení“)

**Veřejná zakázka malého rozsahu**

realizovaná v souladu s ŘD 1/46/2016 – 3. REVIZE „Veřejné zakázky“, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“).

**„Pořízení zdravotnických přístrojů – Gama sonda“**

|           |                                       |                                                                  |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Zadavatel:</b>                     | příspěvková organizace                                           |
|           | <b>Název:</b>                         | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace                        |
|           | <b>Sídlo:</b>                         | Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov                                 |
|           | <b>IČ zadavatele:</b>                 | 008 44 896                                                       |
|           | <b>Oprávněná osoba za zadavatele:</b> | Ing. Norbert Schellong, MPH – ředitel                            |
|           | <b>Kontaktní osoba zadavatele:</b>    | Ing. Pavel Švarc<br>manažer investic a veřejných zakázek         |
|           | <b>Telefon:</b>                       | 596 491 442                                                      |
|           | <b>E-mail:</b>                        | <a href="mailto:pavel.svarc@nemhav.cz">pavel.svarc@nemhav.cz</a> |

|            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II.</b> | <b>Druh veřejné zakázky:</b>     | Dodávka                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>Předmět veřejné zakázky:</b>  | Dodávka a instalace gama sondy                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>Číselné označení zakázky:</b> | <b>P23V00000162</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>Zadávací dokumentace:</b>     | <b>Příloha č. 1 Oznámení</b><br><u>Související přílohy:</u><br>Čestné prohlášení – <b>Příloha č. 2 Oznámení</b><br>Seznam významných dodávek – <b>Příloha č. 3 Oznámení</b><br>Obchodní podmínky – <b>Příloha č. 4 Oznámení</b><br>Krycí list – <b>Příloha č. 5 Oznámení</b> |

|             |                                  |                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>III.</b> | <b>Lhůta pro podání nabídek:</b> | 14.6.2023, 10:00 hod.                                                                               |
|             | <b>Místo pro podání nabídek:</b> | <a href="https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html">https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html</a> |

|            |                                        |                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IV.</b> | <b>Údaje o hodnotících kritériích:</b> | Ekonomická výhodnost nabídky, hodnocena dle kritérií:<br>Nabídková cena – váha 100%<br>Hodnoceny budou ceny vč. DPH |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Veškeré další relevantní informace a požadavky zadavatele jsou součástí dokumentů zveřejněných na profilu zadavatele, dle bodu III.

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**  
**veřejné zakázky**  
**„Pořízení zdravotnických přístrojů – Gama sonda“**

## **1. Zadavatel**

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace  
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov  
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896  
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem

## **2. Druh a předmět veřejné zakázky**

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku ve smyslu Zákona.

Předmětem zakázky je dodání, instalace, předvedení a zaškolení personálu ohledně užívání gama sondy pro oddělení radiologie v Nemocnici Havířov, příspěvková organizace.

Předmětné vybavení musí splňovat zadavatelem požadovanou technickou specifikaci.

System určený pro detekci sentinelových uzlin pomocí radiofarmak

### **Technické parametry**

- systém se skládá ze sondy a ovládací jednotky
- System určen pro detekci radiofarmak min. c99, I125, Co57, I131, In111, F18, I123, Lu177, Ga68
- System detekuje min. 2 izotopy současně na jedné obrazovce
- System má bezdrátové připojení sondy pomocí Bluetooth
- System má zobrazovací displej s optickou i akustickou signalizací včetně regulace hlasitosti
- System má automaticky i manuálně nastavitelnou citlivost detekce
- Detekce gama záření min. v rozsahu 25-500 keV
- Možnost použití RTG kabiny jako ovládací jednotky - integrace ovládací jednotky do RTG kabiny pro zobrazování prsních resekátů a radioaktivních zrn
- Součástí dodávky je přenosový a skladovací kufr

### **Specifikace sondy**

- Sterilizovatelná - možnost použití bez sterilních jednorázových návleků
- Směrová s bočním stíněním - přesná detekce bez potřeby přídavného kolimátoru
- Celková délka max. 260 mm
- Průměr detekčního hrotu max. 11 mm
- Celková hmotnost vč. baterie max. 160 g
- Bateriové napájení
- Výdrž baterie min. 12 hodin
- Boční stínění min. 99,9 % při 122 keV
- Prostorové rozlišení při 1 cm max. 8 mm při 140 keV
- Maximální citlivost min. 2000 cps/μCi (54 cps/kBq) při 140 keV
- Citlivost na 1 cm min. 200 cps/μCi (66 cps/kBq) při 140 keV
- Maximální rychlost min. 99,999 cps
- Stupeň krytí min. IPX7

### **Specifikace ovládací jednotky**

- Dotykový barevný displej
- Uhlopříčka displeje min. 12,2"
- Rozlišení min. 1920 x 1200
- Bateriové napájení, externí dobíjecí zdroj
- Výdrž baterie min. 10 hodin
- Stupeň krytí min. IP54
- Bezdrátové propojení se sondou

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Zadavatel dále požaduje:

Součástí dodávky je doprava na určené pracoviště, instalace, zprovoznění a zaškolení personálu v obsluze dle návodu na použití.

Součástí zakázky je i bezplatné provádění servisu a revizí přístrojů dle platných právních předpisů, norem a návodu výrobce po celou dobu záruční lhůty.

Délka záruční doby min. 36 měsíců.

Dodavatel uvede podrobnou technickou specifikaci vč. fotografie nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení v Příloze č. 1, Obchodních podmínek (Kupní smlouvy), která bude podepsaná oprávněnou osobou.

V rámci své nabídky dodavatel přiloží doklad prokazující shodu (ES prohlášení o shodě, označení shody CE), požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v původním jazyce a českém jazyce, překlad nemusí být úředně ověřen.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dále dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží v českém jazyce, technická dokumentace v českém jazyce a uživatelské dokumentace v českém jazyce.

Seznam poddodavatelů:

V případě, že veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím třetí osoby, požaduje zadavatel tuto skutečnost uvést v nabídce a identifikovat tyto třetí osoby (účastník ZŘ je povinen u poddodavatele uvést jeho identifikační údaje, přiložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky a dokumenty poddodavatele k prokázání základní a profesní způsobilosti). Účastník ZŘ odpovídá v plném rozsahu za veškerou součinnost poddodavatelů. Změna poddodavatele v průběhu VZ je možná po předchozím písemném souhlasu zadavatele. Pokud účastník ZŘ nepřiloží seznam poddodavatelů, má se za to, že bude VZ realizovat pouze s využitím vlastních kapacit.

### **3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

590 000,- Kč bez DPH.

### **4. Lhůta a místo pro podání nabídek**

Nabídku v rozsahu dle zadávací dokumentace odešlete **prostřednictvím elektronického tržiště zadavatele (v prostředí elektronického nástroje E-ZAK)** v termínu do 14.6.2023 do 10:00 hodin.

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.

Jiná forma podání nabídky, než prostřednictvím nástroje E-ZAK, není přípustná.

### **5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace**

5.1. **Základní způsobilost** splňuje dodavatel, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Oznámení).

5.2. **Profesní způsobilost** splňuje dodavatel, který předloží v kopii:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu zakázky, oprávnění k podnikání může být nahrazeno výpisem z živnostenského rejstříku.

Účastník je oprávněn pro prokázání splnění profesní způsobilosti předložit **výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, pokud je v něm zapsán. Doklady prokazující profesní způsobilost musí

prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

### 5.3. Technická kvalifikace

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění předmětné zakázky zadavatel požaduje Seznam min. 3 významných dodávek o stejných nebo kvalitativně vyšších parametrech a stejné nebo vyšší kapacitě ve srovnání s poptávaným monitorem vitálních funkcí za roky 2018-2022 ve finančním objemu min. poloviny předpokládané hodnoty bez DPH u každé samostatně (Příloha č. 3)

## 6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen nabídkovou cenu uvést v Obchodních podmínkách (Příloha č. 4 Oznámení) a v Krycím listu (Příloha č. 5 Oznámení). V Krycím listu uvede všechny požadované údaje nutné pro provedení hodnocení. **Nabídková cena bude uvedena v totožné výši jak na Krycím listu, tak i v Obchodních podmínkách.** Jakýkoliv rozpor v cenových údajích v nabídce zjištěný při otevírání obálek s nabídkami nebo při posuzování a hodnocení nabídek je nesplněním této zadávací podmínky, která může vést až k vyřazení nabídky.

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a přezkoušením jeho řádné funkčnosti včetně odstranění veškerých rizik a vlivů, prováděním servisu a revizí po celou dobu záruční lhůty, odvodů daní, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Zadavatel připouští překročení (resp. snížení) nabídkové ceny v případě změny sazby DPH týkající se předmětu zakázky.

## 7. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky:

### Nejnižší nabídková cena

100 %

U tohoto kritéria dodavatelé uvedou kupní cenu, včetně všeho požadovaného včetně příslušenství. V této ceně musí být započítána dodávka zboží na konkrétní pracoviště, instalace, zprovoznění, předvedení funkčnosti, cestovní náklady, proškolení zaměstnanců z obsluhy a údržby a jiné.

### Bližší specifikace dílčích kritérií:

#### Nabídková cena %

100

Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou. Vzorec pro výpočet:

$$\text{Bodová hodnota} = 100 * \text{Hodnota nejvhodnější nabídky} / \text{Hodnota posuzované nabídky}$$

Pozn.: Cena bude vždy hodnocena vč. DPH.

Zadavatel provede seřazení nabídek dle jejich bodového ohodnocení.

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší cenovou nabídkou.

Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve nabídky hodnotit a až poté posoudit nabídku vybraného dodavatele.

## 8. Zadávací lhůta

Do 31.7.2023

Zadávací lhůta se prodlužuje účastníkům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu (tj. s účastníkem, který se umístil jako druhý nebo třetí v pořadí) až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Účastníci jsou povinni na vyzvání poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

## 9. Termín a místo plnění, prohlídka místa plnění

Místem plnění je Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov – oddělení radiologie.

Požadovaný termín splnění je do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

## 10. Platební podmínky

Zálohy na platby nebudou sjednány.

Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

## 11. Kontaktní osoba zadavatele

Ing. Pavel Švarc, manažer investic a veřejných zakázek tel. 596 491 442, e-mail: [pavel.svarc@nemhav.cz](mailto:pavel.svarc@nemhav.cz).

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům, pouze prostřednictvím komunikačního kanálu el. nástroje E-ZAK.

## 12. Obsah a forma nabídky

Zadavatel pro plnění předmětné zakázky stanovuje Obchodní podmínky, formou kupní smlouvy, které jsou Přílohou č. 4 Oznámení. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. Účastník obchodní podmínky vyplněné (viz žlutě podbarvené části) vč. přílohy a podepsané oprávněnou osobou přiloží do nabídky.

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané:

- a) Čestné prohlášení (Příloha č. 2)
- b) Seznam významných dodávek (Příloha č. 3)
- c) Obchodní podmínky (Příloha č. 4) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- d) Krycí list nabídky (Příloha č. 5)

Zadavatel dále požaduje:

- a) doplněná technická specifikace vč. podrobné specifikace a fotografie nabízeného zboží a příslušenství (Příloha č. 1 Obchodních podmínek) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- b) cenová nabídka (Příloha č. 2 Obchodních podmínek) ve formátu **pdf** a rovněž **doc**
- c) prohlášení o shodě (v původním jazyce a jazyce českém)
- d) seznam poddodavatelů (má-li smysl)
- e) doklad o odborné způsobilosti (Oznámení o splnění ohlašovací povinnosti ve vztahu ke své činnosti či povinnost notifikace zdravotnického prostředku – Sdělení SÚKL – dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění)
- f) doklad o oprávnění k provádění servisu – souhlas či pověření výrobce k provádění servisu, údržby kontrol zařízení a systému specifikovaného v této zadávací dokumentaci a nabízeného v ČR

Dokumenty dle bodu 5 této Zadávací dokumentace.

Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou. Zadavatel požaduje, aby nabídka obsahovala údaje o obsahu nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky vč. uvedení celkového počtu listů nabídky.

## 13. Informace o elektronickém nástroji E-ZAK

Podrobné instrukce elektronického nástroje E-ZAK naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele, pod odkazem: <https://skoleni.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf> Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci E-ZAK najdete na adrese <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>.

## 14. Další informace a údaje

- a. Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 Zákona v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení Zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 Zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v Zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 Zákona, a dále z důvodu zachování jednotné

terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele porušit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle Zákona.

- b. Zadavatel si vyhrazuje právo podepsat smlouvu s vítězným účastníkem až po obdržení rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků zřizovatelem.
- c. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit žádnou z předložených nabídek a zadávání veřejné zakázky kdykoliv zrušit. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
- d. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení, změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to všem účastníkům výběrového řízení shodně.
- e. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- f. Účastníci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být učiněna písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- g. Upozorňujeme, že dodatečně zveřejňované informace na profilu zadavatele v elektronickém prostředí E-ZAK nebudou dodavatelům automaticky zasílány. Z tohoto důvodu je nutno průběžně sledovat obsah Zadávací dokumentace veřejné zakázky a sekci Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace.
- h. Nabídka nesplňující podmínky zadavatele nebude hodnocena.
- i. Účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to v českém jazyce.
- j. Variantní nabídku zadavatel nepřipouští.
- k. Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.
- l. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud se prokáže, že se účastník ZŘ dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
- m. Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů. Účastník je povinen předložit předmět nabídky nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

Ing. Norbert Schellong, MPH v. r.  
ředitel