

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 4 k Veřejné zakázce

Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
IČO: 47813750
Zastoupena: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

Veřejná zakázka:

„Dodávky odběrového systému pro SN v Opavě“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2023/21/odběrový systém-SNO**
Číslo zakázky: **P23V000000152**
(dále také „VZ“)

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1

k předmětné veřejné zakázce sděluji, že položky

Kapilára 90 ul s protisrážlivou úpravou pro kapilární krev
Kapilára 20 ul bez protisrážlivá úprava pro kapilární krev
Heparinizovaná stříkačka ke stanovení arteriálních krevních plynů a iontů 1 - 2 ml

jsou produkty konkrétních výrobců, kteří nepodporují přepradu svého zboží a současně kteří neobchodují vakuový uzavřený odběrový systém, který je hlavním předmětem této zakázky.

Na těchto třech položkách by došlo z pohledu zadavatele pouze k výraznému navýšení koncové ceny.

Současně třetí z uvedených položek je vázána na použití konkrétního přístroje.

Dovolujeme si proto navrhnout, aby tyto tři položky byly z předmětu veřejné zakázky vyřazeny.

ODPOVĚď č. 1

Zadavatel se rozhodl zvolit tuto formu výběrového řízení z toho důvodu, aby v co největším objemu jednotlivých položek, co nejvíce ušetřil a zároveň zjednodušil administrativu. VZ není pouze na uzavřený odběrový systém. V případě Arteriálních stříkaček pro odběr krevních plynů jsou konce stříkaček, které vstupují do jednotlivých analyzátorů stejné pro většinu analytických systémů.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel