



ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:	Modernizace Nemocnice Třinec – III. etapa III.
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html
Identifikace projektu:	„Modernizace nemocnice Třinec“, registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016357

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Ve věci výběrového řízení ke shora označené veřejné zakázce zadavatel ve smyslu § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ (analogicky odst. 8.3.4 Pravidel IROP)

rozhodl o vyloučení účastníka výběrového řízení

s pořadovým číslem 2 účastníka **Reamedix s.r.o., Přátelství 301/35, Uhřetěves, 104 00 Praha, IČO: 06921647**

Odůvodnění:

I.

Dne 4. 8. 2023 bylo uveřejněním a odesláním výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace na profilu zadavatele zahájeno výběrové řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

Nabídky měly být podány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK **nejpozději do 22. 8. 2023, 8:00 hodin.**

V rámci stanovené lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel celkem **2 nabídky.**

Zadavatel ustanovil pro účely posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi (dále jen „komise“), která na svých jednáních (dále jen „jednání“) **provedla posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení.**

II.

Zadavatel v Technické specifikaci uvedl u **ramenní motodlahy** požadavek na:

- „Individuální nastavení všech léčebných parametrů na čipové kartě pacienta“ - Účastník ve své nabídce u tohoto požadavku uvedl „NE, programování rozsahu pohybu se provádí elektromechanicky“.
- „Možnost sledování terapie a přenosu dat do PC“ - Účastník uvedl „NE“.
- „Jednoduchý displej s obrázky“ – Účastník uvedl „NE“.
- „Možnost nastavení jednoho či dvou pohybů samostatně na čipovou kartu“ – Účastník uvedl „NE. Programování rozsahu pohybu se provádí elektromechanicky“.
- „Plynulá regulace rychlosti min. od 20° do 200°/min.“ – Účastník uvedl „2°/ sec to 4,5°/sec“.

Zadavatel v Technické specifikaci uvedl u **kolenní motodlahy** požadavek na:

- „Výška pacientů od min. 120 do max. 200 cm“ – Účastník uvedl „Průměrně 140 cm – 200 cm“.
- „Extenze / flexe kyčel min. 0°- 7°- 115°“ – Účastník uvedl „7° to 115°“.
- „Rychlost min. 20° - 200°/min.“ – Účastník uvedl „min. 0,8°/sec. Max. 3,5°/sec.“.

Na základě provedeného posouzení nabídky účastníka se komise jednomyslně usnesla na tom, že nabídka účastníka **nesplnila zadávací podmínky v plném rozsahu** a komise doporučila zadavateli vyloučit účastníka z výběrového řízení ve smyslu § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ (analogicky odst. 8.3.4 Pravidel IROP).

III.

Zadavatel si v čl. 13 zadávací dokumentace vyhradil právo uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení.

V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.

V Třinci, dne 4. 9. 2023

Ing. Jiří Veverka

ředitel

v zastoupení

MUDr. Roman Jochymek

náměstek léčebné péče